



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 07 marca 2011 r.

AZP.3320/ 8/ /11



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę multidiagnostycznego aparatu rentgenowskiego fluoroskopowego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

Pytanie:

W punkcie 37 tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” Zamawiający wymaga integracji z systemem PACS/RIS Zakładu Radiologii wraz z automatycznym pobieraniem danych pacjenta z rejestracji i automatyczną archiwizacją obrazów na PACS w formie umożliwiających pobieranie, obróbkę obrazu na posiadanych stacjach opisowych.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o informację,

1. Kto był dostawcą systemu PACS/ RIS zainstalowanego w Szpitalu?
2. Czy, jakie i ile licencji należy dostarczyć w ramach integracji?
3. Czy integracja ta wymagać będzie dostawy sprzętu do obsługi licencji dodatkowych modułów, których zaoferowania wymaga Zamawiający. Jeśli tak, prosimy o podanie minimalnych parametrów sprzętu, który powinien być zaoferowany w ramach złożonej oferty?
4. Czy integracja będzie realizowana na sprzęcie komputerowym posiadanym przez Szpital? Jeśli tak, to czy wymagać ona będzie rozbudowy tego sprzętu i w jakim zakresie?
5. Czy Zamawiający w ramach integracji wymaga szkoleń personelu z zakresu obsługi systemu RIS/ PACS?
6. Czy wszystkie koszty związane z integracją systemu są po stronie wykonawcy?

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt – Wdrożenie systemu zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w Zamościu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/ 8/ 11 - Wyjaśnienie treści SIWZ

Prosimy również o przedstawienie jednakowej oferty od dystrybutora/ producenta systemu PACS/ RIS dla wszystkich potencjalnych Wykonawców oraz przedłożenie zobowiązania producenta/ dystrybutora PACS/ RIS do udostępnienia swoich zasobów wszystkim potencjalnym Wykonawcom.

Wyjaśnienia:

Ad. 1 – Szpital posiada systemy PACS (dostarczone przez firmy ALTERIS i FUJIFILM) oraz system RIS (dostarczony przez firmę ALTERIS).

Ad. 2 – należy dostarczyć licencje zapewniające obsługę PACS/RIS na posiadanych przez Szpital diagnostycznych stacjach lekarskich oraz stacjach dostarczonych w ramach niniejszej dostawy (p. 30 i 31).

Ad. 3 – Wykonawca ma dostarczyć sprzęt opisany w p. 30 i 31 o parametrach zapewniających optymalną pracę systemu,

Ad. 4 – integracja będzie wykonywana na sprzęcie posiadanym przez szpital, nie przewiduje się jego rozbudowy

Ad. 5 – zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktażu z obsługi systemów PACS/RIS w zakresie wynikającym ze specyfikacji uruchamianej pracowni.

Ad. 6 – wszystkie koszty do poniesienia w związku z integracją systemu są po stronie wykonawcy.

Szpital nie ma wpływu na oferty handlowe składane przez dostawców systemów PACS/RIS.

Pytanie - dotyczy zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych pkt. 20:

Zamawiający wymaga zaoferowania detektora o boku długości minimum 40 cm. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2009r. nr 140 poz.1149) załącznik nr 4 pkt. 10 oraz Zarządzenia nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 3 listopada 2009r. oraz pismem Krajowego Konsultanta ds Radiologii i Diagnostyki Obrazowej z dnia 04.02.2011r. (pismo w załączeniu) odnośnie parametrów elementu obrazującego cyfrowych aparatów angiograficznych z funkcją DSA wymaganych przy tego typu zabiegach wymagane są panele stałe o wymiarach 40 x 40 cm lub obrotowe 40x30 cm. Ponadto co najmniej jeden bok takiego panela detektora ma mieć długość 40 cm z polem widzenia w tej osi nie mniejszym niż o 5% długości boku. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie parametru pkt. 20 na „detektor kwadratowy lub obrotowy prostokątny o długości minimum 40 cm przynajmniej jednego boku z polem widzenia w jego osi min. 40 – 5% cm”.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie - dotyczy zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych pkt. 28:

Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch niezależnych paneli sterowania dla operatora przy stole i dla technika w sterówce pracowni (konsola technika). Wnosimy o wyjaśnienie, czy panel sterowania dla technika w sterówce ma ograniczać się do obsługi systemu cyfrowego aparatu, czy też, jak w typowym aparacie typu telekomando, realizować również obsługę ruchów mechanicznych ramienia C, stołu pacjenta i kolimatora (przesłon). Obecny zapis naszym zdaniem nie jest jednoznaczny.

Wyjaśnienie:

Zamawiający rozumie, że konsola technika umiejscowiona w sterówce pracowni będzie realizowała pełen zakres sterowania ruchami mechanicznymi aparatu i ekspozycją tak jak

aparaty typu telekomando.

Pytanie - dotyczy zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych pkt. 30 i 32:

Zamawiający wymaga dostawy „Stacji diagnostycznej lekarskiej dedykowanej do aparatu przez producenta z monitorem medycznym min. 19” do oceny i opisu wykonywanych aparatem badań angiograficznych i fluoroskopowych”. Prosimy o wyjaśnienie, czy pod tym opisem należy rozumieć dodatkową, niezależną od systemu cyfrowego aparatu multidiagnostycznego, stację diagnostyczną/ postprocessingową z taką samą możliwością obróbki badań (m.in. DSA z funkcją zamiany maski i pixelshift'em) jak na aparacie, która mogłaby być umieszczona np. poz pracownią w pokoju opisowym. Obecny zapis nie jest jednoznaczny i może znacząco wpływać na różnice cenowe poszczególnych ofert dostawców w zależności od konfiguracji urządzenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający, zgodnie z SIWZ, wymaga dostarczenia lekarskiej stacji diagnostycznej do analizy, obróbki posprocessingowej i opisu badań angiograficznych DSA i fluoroskopowych wykonywanych przedmiotowym aparatem. Stacja może być umieszczona w dowolnym pomieszczeniu Zakładu Radiologii (np. sala opisów) wraz z zapewnieniem funkcjonalności wykonywania opisów w systemie RIS na tej stacji.

Pytanie - dotyczy zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych pkt. 37:

Zamawiający wymaga zaoferowania instalacji, podłączenia, uruchomienia i integracji z systemem PACS/RIS Zakładu Radiologii wraz z automatycznym pobieraniem danych pacjenta z rejestracji i automatyczną archiwizacją obrazów na PACS w formie umożliwiających pobieranie, obróbkę obrazu na posiadanych stacjach opisowych. Prosimy o podanie danych producenta, typu posiadanego oprogramowania PACS/RIS w celu wyceny tej części oferty. Obecny zapis nie jest jednoznaczny a brak dodatkowych informacji uniemożliwia przygotowanie oferty przetargowej.

Wyjaśnienie:

Szpital posiada dwa systemy PACS dostarczone przez firmy FUJIFILM i ALTERIS oraz system RIS dostarczony przez firmę ALTERIS.

Pytanie:

Zamawiający wskazuje pomieszczenie 2/78 jako miejsce instalacji nowego aparatu multidiagnostycznego. W SIWZ wskazuje na konieczność utylizacji urządzenia. W dniu odbycia wizji lokalnej(18.02.2011) w pokoju 2/78 znajdował się jedynie aparat USG. Czy Zamawiający ma na myśli utylizację aparatu USG, czy innego urządzenia z innej lokalizacji ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga utylizacji aparatu Rtg Prestilix 1600X f-my GE zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 2/79.

Pytania:

Jeżeli Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia remontu pięciu pomieszczeń pracowni, proszę o określenie zakresu adaptacji:

- a. Ponieważ drzwi do dwóch rozbieralni i do WC nie spełniają aktualnych przepisów, czy Zamawiający będzie wymagał ich wymiany na zgodne z przepisami ?
- b. Ponieważ kaloryfer i umywalka z baterią w pokoju badań nie spełniają aktualnych przepisów, czy będzie wymagana ich wymiana na elementy zgodne z przepisami ?

- c. Czy będzie wymagana wymiana umywalki z baterią i sedesu w pomieszczeniu WC w pracowni ?
- d. Czy będzie wymagana wymiana glazury i płytek podłogowych w WC pracowni ?
- e. Czy będzie wymagane odmalowanie dwóch rozbieralni, sterowni i WC ?
- f. Czy będzie wymagana wymiana istniejącego oświetlenia w obrębie pięciu pomieszczeń pracowni ?
- g. Czy będzie wymagana wymiana istniejącej instalacji elektrycznej z wyłącznikami i gniazdami w obrębie pracowni (pięciu pomieszczeń) ?
- h. Ponieważ elewacja ścian (panele) w pokoju badań pracowni jest w kilku miejscach uszkodzona, to czy będzie wymagana wymiana istniejących paneli naściennych w pokoju badań?
- i. W sterowni są widoczne pęknięcia ścian, czy będzie wymagane naprawienie tych pęknięć ?
- j. Czy Zamawiający wymaga wymiany istniejącego okna ochronnego do sterowni, dla którego nie ma oznaczenia dotyczącego ochrony radiologicznej ? Jeżeli tak, to proszę o podanie wymaganych minimalnych wymiarów.

Wyjaśnienia dot. p.pkt. a-i:

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia remontu pięciu pomieszczeń pracowni. Konieczne będzie natomiast naprawienie przez Wykonawcę ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie instalacji nowego aparatu.

Wyjaśnienie dot. p.pkt. j:

Nie. Do niniejszego pisma z wyjaśnieniami załączamy rysunki określające: 1 – wymiary pracowni oraz 2 – rysunek technologiczny. Wymiana tylko w przypadku dostosowania okna ochronnego dla nowych warunków po instalacji nowego aparatu. Wymiary istniejącego okna na dołączonym rysunku.

Pytania:

1. Czy Zamawiający dysponuje aktualnym projektem osłon stałych w obecnej konfiguracji pracowni – ze sterownią ?
2. Czy Zamawiający dysponuje wiedzą jaki równoważnik Pb zastosowano w osłonie ścian do sterowni i jaki równoważnik Pb ma wmontowane tam okno wglądowe oraz drzwi ?
3. Prosimy o podanie grubości warstw ochronnych pomieszczenia badań (stropu, sufitu, ścian, okna wglądowego i stolarki ochronnej).

Wyjaśnienia dot. pkt. 1 - 3:

Tak, zamawiający posiada projekt zabudowy osłon przeciwko promieniowaniu rentgenowskiemu w pracowniach Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (Wykonawca firma DELTA z Zamościa). Gabinet Fluoroskopii (w załączeniu rysunek zastosowanych osłon):

- ściana sterowni - 2,0 [mm] Pb (+drzwi),
- ściana wewnętrzna korytarza – 1,0 [mm] Pb (+drzwi),
- ściana gabinetu stomatologii/mammografii - 1,0 [mm] Pb,
- ściana kabin - 1,0 [mm] Pb,
- podłoga - 1,0 [mm] Pb,
- sufit - 1,0 [mm] Pb,
- ścianka przy pionie kanalizacyjnym (długości 144) - 0,0 [mm] Pb,
- okno sterowni - 2,0 [mm] Pb.

Pytanie:

Czy w przypadku konieczności wzmocnienia stropu pod aparat Zamawiający będzie wymagał zastosowania procedury budowlanej prowadzenia prac w trybie z pozwoleniem

na budowę ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Pytanie:

Jeżeli zakres prac będzie wymagać zastosowania procedury budowlanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, czy wówczas Zamawiający wydłuży odpowiednio czas na realizację zamówienia o czas na przygotowanie dokumentacji oraz pozyskanie pozwolenia na budowę ?

Wyjaśnienie:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony w SIWZ jest wiążący.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania pomieszczenia 2/69a, po drugiej stronie korytarza wewnętrznego, z przeznaczeniem na pomieszczenie techniczne dla aparatu ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zainstalowanie zewnętrznego wymiennika ciepła od klimatyzacji na elewacji budynku lub na na dachu ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Do jakiego systemu PACS/RIS będzie podłączony aparat ?

Wyjaśnienie:

Aparat będzie podłączony do jednego z dwóch systemów PACS (dostarczonych przez firmy ALTERIS i FUJIFILM) oraz systemu RIS (dostarczonego przez firmę ALTERIS).

Pytanie:

Jak daleko od pomieszczenia sterowni i gdzie jest zlokalizowany główny punkt dystrybucyjny sieci teleinformatycznej do której będzie podłączony aparat ?

Wyjaśnienie:

Aparat będzie podłączony do pomocniczego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w obrębie Zakładu Radiologii, odległość wynosi ok. 20 m; w/w pomocniczy punkt dystrybucyjny jest połączony z głównym punktem dystrybucyjnym kablem światłowodowym.

Pytanie:

Jakiej kategorii jest wykonane okablowanie sieci teleinformatycznej w Zakładzie Radiologii ?

Wyjaśnienie:

Okablowanie w Zakładzie Radiologii jest wykonane w V kategorii

Pytanie:

Czy obwarowując czas realizacji zamówienia na 45 dni, Zamawiający ma na myśli dni robocze ?

Wyjaśnienie:

Nie, 45 dni kalendarzowych.

Pytanie:

Wobec deklarowanego sprawnego układu wentylacji, czy Zamawiający będzie wymagał jakichkolwiek prac z tym związanych ?

Wyjaśnienie:

Nie - chyba, że będzie tego wymagał nowy aparat.

Pytanie:

Czy lokalizacja przeznaczona na stację opisową lekarską jest wyposażona w stosowne, sprawne technicznie i aktywne okablowanie sieci teleinformatycznej i zasilającej (gniazda 230 V) ?

Wyjaśnienie:

Lokalizacja stacji opisowej lekarskiej jest wyposażona w niezbędne instalacje.

Pytanie:

Jeżeli Zamawiający będzie wymagał wyposażenia sterowni w meble, to proszę o podanie ich ilości, rodzaju i materiału, z którego winny być wykonane ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga wyposażenia sterowni w meble.

Pytanie:

Czy automatyczna strzykawka Medrad Mark V, którą Zamawiający zamierza podłączyć do aparatu ma aktualny certyfikat, kiedy był wykonany ostatni jej przegląd oraz czy jest sprawna technicznie ?

Wyjaśnienie:

Automatyczna strzykawka Medrad Mark V jest sprawna technicznie i posiada aktualny przegląd.

Pytanie:

Czy w pięciu pomieszczeniach w obrębie pracowni jest zainstalowany i działający system p.poż. ? Jeżeli tak, to czy Zamawiający będzie wymagał jakichkolwiek prac z tym związanych ?

Wyjaśnienie:

Tak, jest system p.poż. Zamawiający nie wymaga prac związanych z systemem p.poż.

Pytanie:

Zamawiający wymaga wykonania projektu ochrony radiologicznej. Czy uzgodnienie projektu z WSSE oraz dalsze czynności związane z dopuszczeniem aparatu (pomiarów środowiskowe wykonywane przez Sanepid) są w zakresie Zamawiającego ?

Wyjaśnienie:

Nie. Są po stronie Wykonawcy.

Pytanie:

Zamawiający określa przedmiot umowy jako dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń podanych w specyfikacji. Każde z dostarczanych urządzeń będzie wymagało przygotowania infrastruktury (m.in. zasilanie, warunki środowiskowe, odpowiednie podłoże, sieć komputerowa). Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie pomieszczenia wraz z infrastrukturą niezbędną do wykonania przez Dostawcę przedmiotu umowy (na podstawie przekazanych przez Dostawcę wytycznych do instalacji) jest w zakresie

Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

W przypadku przygotowania pomieszczeń wraz z infrastrukturą przez Zamawiającego dostawca uzależniony będzie od postępu i szybkości prac, na które nie ma żadnego wpływu. Czas realizacji przedmiotu umowy jest uzależniony od daty podpisania umowy. Czy Zamawiający dopuszcza, by w przypadku niezawinionego opóźnienia w pracach adaptacyjnych, Dostawca urządzeń nie był obciążany karami za nieterminową realizację?

Wyjaśnienie:

Całość instalacji nowego aparatu (wraz z niezbędnymi pracami związanymi z jego montażem) leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o podanie nośności stropu w pomieszczeniu badań, jego typu i przekroju.

Wyjaśnienie:

Strop Akermana grubości 25 cm (rozstaw żeber 310 mm, płyta nadbetonu (grubość wylewki) ~ 50 mm, wysokość pustaka Akermana 200 mm. Przy obliczaniu nośności stropu dla określonego aparatu moment obliczeniowy nie może przekroczyć momentu dopuszczalnego $M_d = 112,4 \text{ kNm}$. Ogólnie przyjęta nośność stropu w Szpitalu wynosi $4,5 \text{ kN/m}^2$. Obliczenia statyczne są przekazywane w trakcie wizji lokalnej.

Pytanie:

Prosimy o wskazanie miejsca zasilania urządzeń (moc 80 kVA), jednocześnie prosimy o podanie długości trasy kablowej z trafostacji do wskazanego miejsca zasilania, podania rodzaju i przekroju kabli.

Wyjaśnienie:

W pomieszczeniu 278, szafa 2/78 istnieje zasilanie z RG nn S2 kablem YKY 4 x 50 mm², długość kabla ok. 80 m.

Pytanie:

Czy sterownia pomieszczenia badań jest połączona siecią komputerową z systemem PACS/RIS? Czy w sterowni znajdują się min. dwie linie sieci komputerowej, jakiej kategorii wykonana jest infrastruktura?

Wyjaśnienie:

W sterowni znajdują się dwie linie sieci teleinformatycznej, wykonane w V kategorii.

Pytanie:

Prosimy o wskazanie lokalizacji dla stacji diagnostycznych opisanych w specyfikacji urządzenia.

Wyjaśnienie:

Pokój opisowy nr 259 sąsiadujący z pokojem nr 2/81 Kierownika Zakładu Radiologii.

Pytanie:

Przy pracach adaptacyjnych może dojść do uszkodzenia części paneli ochronnych ściennych i sufitowych. Nowe panele mogą różnić się od starych odcieniem. Czy Zamawiający dopuszcza wymianę tylko zniszczonych paneli, czy też wymaga wymiany paneli na całej ścianie, na której uszkodzono panele?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza tylko wymianę zniszczonych paneli.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie prac adaptacyjnych w trybie 24 godzinnym ?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac przez 24 godziny na dobę pod warunkiem, że prace powodujące hałas będą wykonywane od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Pytania dot. wzoru umowy:

Paragraf 1. Zwracamy się o doprecyzowanie zobowiązań Zamawiającego w zakresie współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy poprzez dodanie w § 1 pkt. 2 o następującej treści:

2. Zamawiający zobowiązuje się do należytego współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności do zapewnienia Wykonawcy nieograniczonego dostępu do swoich pomieszczeń w celu ich adaptacji oraz instalacji przedmiotu umowy, a także realizacji zobowiązań gwarancyjnych.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Paragraf 2. Wnosimy o doprecyzowanie warunków odbioru przedmiotu umowy przez dodanie w § 2 punktu:

5. Nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru lub bezpodstawną odmowa podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, w szczególności z powodu nieistotnych usterek nie uniemożliwiających eksploatacji upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania tych protokołów.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Paragraf 3. Zwracamy się o wpisanie w paragrafie 3 następujących dodatkowych postanowień:

3. Wykonawca zastrzega sobie własność sprzedawanych urządzeń do momentu uiszczenia przez Zamawiającego pełnej ceny wraz z ewentualnymi odsetkami w przypadku opóźnionej zapłaty. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający zawrze ze wskazanym podmiotem finansującym umowę zastawu rejestrowego na urządzeniach będących przedmiotem umowy.

4. Wszelkie niebezpieczeństwa oraz ryzyko utraty lub odszkodowania sprzedawanych urządzeń przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu dostawy.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Paragraf 6

1. Prosimy o dodanie w pkt.1 zapisu „...z tym że łącznie nie więcej niż %... tej ceny”

2. Prosimy o dodanie w pkt.3 zapisu „... z tym że łącznie nie więcej niż %... tej ceny”

3. Prosimy o dodanie poniższego punktu:

1. Łączna wysokość kar umownych związanych z realizacją niniejszej umowy nie może przekroczyć% ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 powyżej.

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6 poniżej.

3. Sprzedawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność

odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w paragrafie 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.

Wyjaśnienia:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Paragraf 7. Prosimy o zmianę brzmienia paragrafu 7 na:

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu (co najmniej ...) wyznaczonego na piśmie Sprzedającemu celem wykonania zobowiązania. Wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w paragrafie 6.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Paragraf 8. Prosimy o dodanie w punkcie 2 zapisu „...z tym, że łącznie nie więcej niż ... tej ceny”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Paragraf 9. Prosimy o dodanie w paragrafie 9 punktu:

12. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie i nie są nią objęte w szczególności:

a. uszkodzenia i wady dostarczanych urządzeń wynikłe na skutek:

- eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego o niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b/ uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c/ materiały eksploatacyjne, elementy próżniowe i specjalne (np. lampy ...), chyba że strony w niniejszej umowie w sposób wyraźny przewidziały i uregulowały gwarancję na te elementy.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds Administracyjnych
mgr inż. Bernarda Petryk