



Zamość dnia 18 listopada 2011 r.

AZP3320/80/ /11

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWŻECZNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

Pytanie 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego analizatora fabrycznie nowego z 2011r i jednego analizatora używanego z 2008 roku, który przed instalacją zostanie poddany gruntownemu przeglądowi w autoryzowanym serwisie producenta?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie jednego analizatora używanego.

Pytanie 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu zawierającego 65 odczynników w urządzeniu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu zawierającego 65 odczynników na pokładzie analizatora.

Pytanie 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu pracującego na odczynnikach w formie zestawów kartridżowych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników w systemie kartridżowym.

Pytanie 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu w którym objętość aspirowanej próbki zawiera się w przedziale 3-40 µl?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu, w którym objętość próbki aspirowanej zawiera się w przedziale 3-40 µl.

Pytanie 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dwóch analizatorów biochemicznych w terminie 30 dni od daty podpisania umowy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie dwóch analizatorów w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Pytanie 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw odczynników z dwóch na cztery dni robocze po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy odczynników.

Pytanie 7

Prosimy o dodanie zapisów dotyczących zmian umowy zawartych w § 9 w brzmieniu: Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany stawki VAT niepowodujące podwyższenia cen netto.
- w przypadku zmiany liczby opakowań w związku ze zmianą sposobu konfekcjonowania produktu.
- w przypadku przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

*Lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*