



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 24 listopada 2011 r.

AZP3320/80/ /11

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWŻECZNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

**Pytanie 1**

Prosimy o modyfikację zapisu pkt. 2 par. 4 oraz pkt. 2 par. 9 wzoru umowy na “w okresie obowiązywania umowy ceną mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT, po zawarciu umów, dla stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 2**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do pkt. 2 par. 3 wzoru umowy zapisu: “nieodpłatny serwis i wymiana akcesoriów nie obejmuje przypadków wynikających z winy personelu obsługującego analizator”

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w pkt. 2 paragraf 3.

**Pytanie 3**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień w formie tzw. zlecenia stałego. Zlecenie stałe oznacza złożenie przez Zamawiającego zamówienia określonego asortymentu, w określonych ilościach na określony okres czasu np.:

XXX	XXX	XXX	ZAMAWIANA ILOŚĆ OP.								
Nr kat.	nazwa	Zawartość	X'11	XI'11	XII'11	I'12	II'12	III'12	IV'12	V'12	VI'12
7K67-27	AFP Reagent	100 testów	1	2	1	2	1	1	2	1	1

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Zamawiający winien podać:

- proponowaną datę dostawy
- datę wnoszenia korekt do zamówienia

Zamówienie – zlecenie stałe:

- zaoszczędzi czas czynności administracyjnych po stronie Zamawiającego
- zapewni lepszą kontrolę zamówień

W zamówieniu – zleceniu stałym do dnia ustalonego na wnoszenie korekt Zamawiający może całkowicie zmienić parametry zamówienia: asortyment, ilość, datę dostawy.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie zamówienia w formie tzw. zlecenia stałego.

**Pytanie 4**

Zwracamy się z wnioskiem do zamawiającego o wykreślenie par. 10 ze wzoru umowy, albowiem jego obecne brzmienie odbiega od zasady równości, która winna obowiązywać nie tylko w stosunkach wykonawca – wykonawca, ale także zamawiający – wykonawca.

Zważyć bowiem należy, że utrzymanie dotychczasowej stylizacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie pozwala wykonawcy należycie przygotować oferty, jaką chce on złożyć w niniejszym postępowaniu. Obawa ta jest uzasadniona i wynika, z faktu, że wyszacowanie ceny oferty w głównej mierze zależy od wolumenu zamówienia. Tym samym Zamawiający w swoim „dobrze pojętym interesie” utrzymując taki zapis powoduje, że wykonawcy co do zasady, celem eliminacji ryzyka związanego z kontraktem znacznie zawyżają cenę oferty, co by nie miało miejsca gdyby obowiązek jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia był wykonany i Zamawiający zagwarantowałby minimalny próg (wolumen) zamówienia który na pewno zrealizuje.

Nie bez znaczenia w końcu pozostaje fakt, że w ten sposób Zamawiający obroniłby się przed ewentualnymi pytaniami, który mogą postawić mu jego organy kontrolne, bowiem czerpiąc z dorobku KIO takowe zapisy SIWZ, Izba określa jako naruszenie art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 2, art. 32 ust. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 5 kc, w zw. z art. 58 par. 1 i 2 kc i art. 353(1) kc w zw. z art. 139 ust. 1 PZP.

Sam zamawiający natomiast także może ponosić negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy, gdyż w/w zapis nie daje możliwości zabezpieczenia odpowiedniej dla realizacji kontraktu ilości poszczególnych odczynników etc. A to mogło by negatywnie wpłynąć na pracę szpitala i bezpieczeństwo pacjentów.

Z uwagi na powyższe, wnioskujemy o zmianę SIWZ tj. o jej modyfikację poprzez albo wykreślenie zakwestionowanego zapisu, względnie wprowadzenie minimalnego zakresu wykonania umowy.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający zmienia brzmienie par. 10 wzoru umowy. Obowiązujący zapis to: „W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy. Strony przyjmują, że ewentualne zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 20 % wartości umowy”.

**Pytanie 5**

Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie 1 fabrycznie nowego analizatora biochemicznego o wydajności 400 badań kolorymetrycznych/godz. i 400 badań /godz. ISE oraz 1 analizatora używanego (z pełną gwarancją serwisową ), który ma wydajność 800 badań kolorymetrycznych /godz i 400 badań/godz. ISE?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie jednego analizatora używanego.

**Pytanie 6**

Jak często zamawiający wykonuje kontrolę do podanych parametrów?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wykonuje kontrolę do podanych parametrów codziennie na dwóch poziomach

**Pytanie 7**

Czy w pakiecie dotyczącym aparatu AVL 988-3 Zamawiający wymaga złożenia oferty na oryginalne części zamienne (producenta aparatu AVL 988-3) elektrody (Na, K, Ca, Cl) oraz wężyki.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na oryginalne części zamienne do aparatu AVL 988-3.

**Pytanie 8**

W pkt. 17 parametrów granicznych dot. analizatorów biochemicznych mówiącym o zintegrowanym module ISE jest także zapis kalibracja. Prosimy o wyjaśnienie jakiej kalibracji on dotyczy?

**Wyjaśnienie:**

W pkt. 17 parametrów granicznych mowa jest o module ISE z jonoselektywnymi elektrodami bezobsługowymi i automatyczną kalibracją

**Pytanie 9**

Zamawiający w pkt. 29, 30, 31 precyzuje konieczność umieszczenia w ofercie kontroli, kalibratorów, płynów myjących i buforów. Czy Zamawiający wymaga także, by w ofercie przedstawione były pozostałe materiały eksploatacyjne takie jak elektrody ISE, filtry i pozostałe materiały eksploatacyjne analizatorów oraz stacji uzdatniania wody konieczne do zapewnienia ciągłości pracy dla w/w testów w okresie 24 miesięcy?

**Wyjaśnienie:**

Oferent musi uwzględnić materiały zużywalne niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy analizatorów w ciągu 24 miesięcy.

*Lek med. Marek Lipiec  
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielno Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu*