

Zamość, dnia 29 listopada 2011r.

AZP.3320/86/ /11

dotyczy: **wyjaśnienia treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Okulistycznego. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 8 błękit trypanu w ampułkostrzykawkach o pojemności 0,7 ml ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Pojemność 0,7 ml mieści w zakresie wymaganych wielkości opakowań – nie mniejszych niż 0,5 ml i nie większych niż 1 ml. Ilość oferowanych opakowań, po odpowiednim przeliczeniu, należy zaokrąglić w górę do pełnej liczby opakowań.

Pytanie:

Czy w zadaniu nr 6 Zamawiający dopuści roztwór hialuronianu sodu o osmolarności 285 – 315 mOsmol/l i masie cząsteczkowej 1,5 mln Daltonów przy spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Czy w zadaniu nr 8 Zamawiający wymaga błękitu trypanu o stężeniu 0,06% w sterylnych szklanych fiolkach a' 1 ml ??

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 soczewki o angulacji 0 stopni ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 soczewki o stałej części haptycznej równej 11,0 mm oraz części optycznej równej 5,50 mm w całym zakresie mocy optycznej ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 soczewki o zakresie mocy od +5,0 D do +36,0 D z dostępnością co pół dioptrii od 16,5 D do 24,5 D ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitalnego Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek