



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 02 stycznia 2012 r.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

AZP 3320/ 92/ /12

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KAMIENIA
PIERSIA

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia mobilnego do prowadzenia oksygenacji zewnątrzustrojowej (ECMO) i oksymetru mózgowego. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie oksymetru mózgowo – somatycznego Invos 5100c (producent Somanetics) o poniższych parametrach:

Lp.	Parametry urządzenia	Wyjaśnienie
1.	Nazwa produktu	Oksymetr Invos 5100C
2.	Producent	Somanetics
3.	Numer katalogowy produktu lub grupy	5100C-KIT
4.	Aparat przeznaczony do nieinwazyjnego, bezpośredniego i ciągłego pomiaru zmian nasycenia tlenem hemoglobiny w obszarze mózgu i w zastosowaniach regionalnych	
5.	Oprogramowanie w języku polskim	
6.	Możliwość stosowania dla wszystkich grup wiekowych: - noworodków (<5 kg) - mózgowo oraz peryferyalnie - dzieci (<40 kg) – mózgowo oraz peryferyalnie - dorośli (>40 kg) – mózgowo oraz peryferyalnie	
7.	Pomiar saturacji rSO ₂ od 15-95	
8.	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie wszystkich wartości utlenowania odczytywanych z każdego przyklejonego sensora	
9.	Manualna i automatyczna konfiguracja alarmów sygnalizujących przekroczenie nastawionych skrajnych wartości	
10.	Możliwość ustawienia i ciągłego wyświetlania na ekranie pomiaru wartości wyjściowej wraz z procentową różnicą w stosunku do aktualnych pomiarów	

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Postępowanie AZP 3320/75/11 – wyjaśnienie,
AMED

11.	Trendy mierzalnych wartości	
12.	Możliwość umieszczania „znaczników badania” w trybie online (podczas pracy urządzenia)	
13.	Waga max 5 kg (wraz z akumulatorem)	
14.	Zintegrowany akumulator zapewniający zasilanie na min. 20 min.	
15.	Możliwość archiwizacji danych na pamięci USB – transmisja danych online oraz post-proceduralnie	
16.	Port komunikacji RS232	
17.	Możliwość czterokanałowego monitorowania utlenowania tkanek bez konieczności wymiany urządzenia	
18.	Świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych	
19.	Potwierdzenie możliwości stosowania urządzenia do tkanek peryferyjnych w oryginalnych materiałach producenta	
20.	Zasilanie 230(V) ±10%	
21.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
22.	Gwarancja	24 miesiące

Czujniki LED do nieinwazyjnego regionalnego pomiaru saturacji mózgowej i somatycznej dla pacjentów z każdej grupy wiekowej i wagowej. Możliwość monitorowania za pomocą 1, 2, 3 lub 4 czujników jednocześnie. Pomiar i wyświetlanie w czasie rzeczywistym.

Obecny zapis w SIWZ dopuszcza tylko i wyłącznie urządzenie jednego producenta (CASMed) i jednego dystrybutora w Polsce (Symico), co jest niezgodne z Ustawą o zamówieniach publicznych, gdyż zapisy w SIWZ wykluczają produkty konkurencyjne jakościowo i cenowo, są więc tzw. Zapisami odcinającymi.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Marek Lipiec