



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dn. 8.06.2012r



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AZ.2150-10/2/12

Dotyczy : odpowiedź na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę penset bipolarnych wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie nr 1:

„ Czy Zamawiający dopuści pensetę bipolarną 0,2 x 100 w kolorze niebieskim? ”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuję wymagania podane w zaproszeniu.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek med. Marek Lipiec

Odpowiedź na pytanie – penseta bipolarna