



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 12.01.2012r.



AZ.2150-11/1/ /2012

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMienia
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia na dostawę wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1 - dotyczy Zadania 1 Instrumentarium

„Narzędzia chirurgiczne dotyczące wyżej wymienionego zadania są to narzędzia wielorazowego użytku, które nie zawsze w pełnym asortymencie znajdują się w magazynie producenta w Niemczech. Zwyczajowo termin dostawy tego typu narzędzi wynosi około 4 tygodnie od daty wpływu zamówienia.

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw z 14 dni do 4 tygodni ?”

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania podane w zaproszeniu.

Pytanie 2

dotyczy poz.3 i 4 Zadania 1 Instrumentarium

„Proszę o informację czy kleszcze typ Pean i kleszcze typ Kocher mają być proste czy wygięte?”

Odpowiedź:

Kleszcze Pean i Kocher mają być proste.

Pytanie 3

dotyczy umowy§2 ust.4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie z 7 do 21 dni okresu na załatwienie reklamacji jakościowych i ilościowych?”

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania podane w zaproszeniu

*Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu*

Lek. med. Andrzej Mielcarek

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524