



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 13.01.2012r.



AZ.2150-11/1/ /2012

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMienia
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia na dostawę wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

Dotyczy zapisu SIWZ

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert ”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje termin podany w zaproszeniu wraz z odstępstwami podanymi w piśmie AZ.2150-11/1/ /2012 z dnia 11.01.2012r.

Pytanie 2- Dotyczy **Zadania 4-Dozowniki tlenu i regulatory próżni**

1.„Czy Zamawiający dopuści do postępowania dozownik do tlenu o ciśnieniu zasilania 5 barów? Parametr oferowany nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność urządzenia .”

2.„Czy Zamawiający dopuści do postępowania dozownik do tlenu o ciśnieniu zasilania 4 barów? Różnica pomiędzy wymaganym a oferowanym urządzeniem jest minimalna i w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.”

Odpowiedź: 1,2.

Zamawiający nie dopuszcza dozowników , które mają niższe ciśnienie zasilania niż 6 barów. Producenci określają do jakiego ciśnienia dany dozownik tlenu może pracować.

Pytanie 3 - Dotyczy **Zadania 4-Dozowniki tlenu i regulatory próżni**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania regulator próżni z wbudowanym wakuometrem o zakresie od 0 do 100 kPa i o takiej samej płynnej regulacji podciśnienia. Użytkownik ma możliwość zastosowania podciśnienia w zakresie od 0 do 100 kPa , a

zatem może zastosować w zależności od swoich potrzeb także podciśnienia na poziomie 80 kPa. Zapis ten nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej i ma na celu jedynie sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego ? .”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza regulatory próżni w których zastosowane są wakuometry o skali od 0 do – 100 kPA.

Pytanie 4 - Dotyczy Zadania 5 Udogodnienia dla pacjentów

Pozycja nr 3. Podpórka kończyny górnej wykonana z pianki lub gąbki – 12szt

Czy Zamawiający dopuści podpórkę górną o wymiarach 30cm/20cm/80cm?

Czy Zamawiający dopuści podpórkę górną o wymiarach 20cm/20cm/50cm?

Pozycja nr 7. Poduszki profilowane -10 szt

Czy Zamawiający dopuści poduszkę profilowaną o wymiarach 70cm x 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze zmianami podanymi w piśmie AZ.2150-11/1/ /2012 z dnia 11.01.2012r

Pytanie 5 – Dotyczy Zadania 6 Taboret obrotowy

Czy Zamawiający dopuści taboret o konstrukcji ze stali chromowanej?

Odpowiedź::

Tak.

Pytanie 6 – Dotyczy Zadania 7 Meble medyczne

Czy Zamawiający dopuści stolik ze stali nierdzewnej 2 półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym max. obciążenie półki 75kg, posiada 4 kółka skrętne, 2 hamulce , odległość między półkami 55cm. Wymiary 900dł x 590szer x 930 wys.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 7 - Dotyczy Zadania 8 Wózek do brudnej bielizny

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dwa białe worki z tkaniny o pojemności 120 litrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze zmianami podanymi w piśmie AZ.2150-11/1/ /2012 z dnia 11.01.2012r

Pytanie 8 – Dotyczy Zadania 12 Regały magazynowe

Czy Zamawiający dopuści regał magazynowy o wysokości 2 metrów, półki 60cm x 1 metr malowane proszkowo w kolorze popiel ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 28 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje termin podany w zaproszeniu wraz z odstępstwami podanymi w piśmie AZ.2150-11/1/ /2012 z dnia 11.01.2012r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Andrzej Mielcarek