



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 31.01.2012r.



AZ.2150-14/2/ /2012

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia na dostawę gazu do sterylizacji wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę gazu w butlach będących własnością dostawcy?

Odpowiedź:

**Nie.**

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, butle o jakiej pojemności są wymagane ; B10, B40, B50 ?

Odpowiedź:

**Butle o pojemności B40.**

Pytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie jakie przyłącza ma butla będąca własnością Zamawiającego ?

Odpowiedź:

**Gwint 19.**

Pytanie 4

Czy Zamawiający, poza kartą charakterystyki, wymaga przedłożenia dodatkowych zaświadczeń, świadectw analizy, potwierdzających skład gazu w butli?

Odpowiedź:

**Atest do każdej dostawy.**

Pytanie 5

Czy Zamawiający zgadza się na zastąpienie kosztów pełnienia butli kosztami dzierżawy półrocznej?

Odpowiedź:

**Nie**

*Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu*

*lek. med. Andrzej Mielcarek*

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UOWSZECHNIANIA  
KARMENIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524