



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 27.02.2012r.



AZ.2150-35/2/ TOM I /2012

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia na dostawę łóżek szpitalnych i materacy szpitalnych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne składane wykonane ze stali pokryte powłoką chromową ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści szerokość leża 860mm ?

Odpowiedź:

Nie , Zamawiający podtrzymuje wymagania podane w zaproszeniu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści materac wykonany z gąbki T-30kg/m³, który posiada lepsze właściwości od gąbki T-25kg/m³?

Odpowiedź:

Nie , Zamawiający podtrzymuje wymagania podane w zaproszeniu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z kołami blokowanymi indywidualnie bez blokady kierunkowej i obrotu?

Odpowiedź:

Nie , Zamawiający podtrzymuje wymagania podane w zaproszeniu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami stalowymi lakierowanymi proszkowo składanymi wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź:

Tak.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AZ.2150-35/2/TOM I /2012

Strona 1 z 2

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści materac dostosowany do wymiarów łóżka w pokrowcu paroprzepuszczalnym wykonanym z tkaniny SANMED (dzianina poliestrowa powlekana poliuretanem ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi , metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej , odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części środkowej leża, poprzez oparcie pleców , a najmniej w oparciu nóg. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca , łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczny dla pacjenta?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z oparciem pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami wykonanymi ze stali chromowanej, składanymi wzdłuż ramy leża ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko z 2 barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowo, składanymi wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850mm i pasującym do niego materacem?

Odpowiedź:

Nie , Zamawiający podtrzymuje wymagania podane w zaproszeniu.

*Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu*

lek. med. Andrzej Mielcarek