



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 1.03.2012r.



AZ.2150-35/2/ TOM I /2012

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMienia
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia na dostawę łóżek szpitalnych i materacy szpitalnych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z zakresem regulacji zagłówka od 0° do 70° ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne o szerokość leża 840mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o szerokości leża od 840mm do 900mm.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac o szerokości 840mm?

Odpowiedź:

Wymiary materaca muszą być dostosowane do wymiarów oferowanego łóżka.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac wykonany z gąbki T-35kg/m³?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowania materaca wykonanego z gąbki od T-25 kg/m³ do T-35 kg/m³.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej typu DALIA?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6

Czy Zamawiający poprzez zapis pkt. 4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia „szczyty montowane na stałe wypełnione (płyta laminowana, HPL, MDF) „ rozumie szczyty metalowe z wypełnieniem płyty ? I czy w takim przypadku dopuści szczyty metalowe lakierowane ?

Odpowiedź:

Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek