



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dn. 31.10.2012r



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AZ.2150-44/6/2012

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę bielizny operacyjnej jednorazowego użytku wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

„**Zadanie nr 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w którym serweta na stół jest w rozm. 130x90cm?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 2:

„**Zadanie nr 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w którym włóknina pełnobarierowa, której odporność na przesiąkanie płynów jest zgodna z EN 20811 i wynosi 191cm H₂O (norma EN 20811 wymaga jedynie >100H₂O)?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 3:

„**Zadanie nr 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w którym włóknina pełnobarierowa, której odporność na przesiąkanie płynów jest zgodna z EN 20811 i wynosi 250cm H₂O (norma EN 20811 wymaga jedynie >100 H₂O)?”

Odpowiedź:

TAK

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu
Lek med. Andrzej Mielcarek