



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dn. 30.10.2012r



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AZ.2150-44/6/2012

Dotyczy: odpowiedź na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę bielizny operacyjnej jednorazowego użytku wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

„**Zadanie nr 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 60x60cm w zamian za serwetę chłonną 70x/80cm? Pozostałe parametry zgodne z opisem zawartym w zaproszeniu.”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 2:

„**Zadanie nr 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do cięcia cesarskiego o wymiarach zgodnych z opisem zawartym w zaproszeniu wykonanej w całości z warstwy wysokochłonnej o gramaturze 56g/m², a nie tylko w części otaczającej otwór, co znacznie poprawi jakość serwety głównej posiadającej otwór wypełniony samoprzylepną folią chirurgiczną o wymiarach 35x35cm?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 3:

„**Zadanie nr 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w obłożeniu do cięcia cesarskiego 2 serwetki do rąk o wymiarach 40x20cm?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 4:

„**Zadanie nr 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sterylnym zestawie uniwersalnym 3-warstwowym gramatury 73g/m²?”

Odpowiedź:

Odpowiedzi na pytania dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na dostawę bielizny operacyjnej jednorazowego użytku

TAK

Pytanie nr 5:

„**Zadanie nr 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sterylnym zestawie uniwersalnym 3-warstwowym serwetki z włókniny kompresowej 40g zamiast serwetek celulozowych? Stosowanie celulozy jako materiału pyłącego na bloku operacyjnym może nieść za sobą ryzyko zanieczyszczenia i przenoszenia bakterii.”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 6:

„**Zadanie nr 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sterylnym zestawie uniwersalnym 2-warstwowym gramatury 56g/m²?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 7:

„**Zadanie nr 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sterylnym zestawie uniwersalnym 2-warstwowym 2 serwetek z włókniny kompresowej 40g w rozmiarze 40x20 zamiast serwetek celulozowych? Stosowanie celulozy jako materiału pyłącego na bloku operacyjnym może nieść za sobą ryzyko zanieczyszczenia i przenoszenia bakterii”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 8:

„**Dot umowy** Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 9:

„**Dot umowy** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy słowa „w razie zwłoki” zostały zastąpione słowami „w razie co najmniej trzykrotnej zwłoki”? Aktualna treść § 7 wzoru umowy daje bowiem Zamawiającemu możliwość odstąpienia od umowy nawet w przypadku jednorazowego uchybienia Wykonawcy, co wydaje się sankcją niewspółmiernie dotkliwą.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy podane we wzorze umowy.

Pytanie nr 10:

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 2 zestaw do porodu o następującym składzie: 1 x serweta na stół 120x100cm, 1 x nieprzemakalne prześcieradło dwuwarstwowe o gramaturze 60,5/m² o wymiarach 100x120cm, 2 x podkład chłonny 60x90cm (chłonność min 7g/1g), 1 x serweta chłonna dla noworodka 70x80cm, 6 x ręczników włókninowych min 25x20cm. Wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo foliowy.”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 11:

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 3 – obłożenie do cięcia cesarskiego o następującym składzie: 1 x serweta na stół instrumentariuszki 200x150cm, 1 x serweta na stół Mayo 80x140cm, 1 x serweta zabiegowa dwuwarstwowa 200x320cm posiadająca otwór 30x25cm z folią chir i workiem do przechwytywania płynów 360 oraz dwoma zaworami do podłączenia drenu, 1 x serweta chłonna dla noworodka 70x80cm, 4 x ręcznik do rąk 30x35cm, 1 x klem do zabezpieczenia pępowiny.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis podany w zaproszeniu

Pytanie nr 12:

„**Zadanie nr 2** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 1 x serweta 90x120cm, serweta 2 warstwowa gramatura serwety 56g/m² odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, 1 x fartuch foliowy o wym. 80x130cm, 1 x podkład chłonny o wym. 60x90cm, 1 x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75x80cm, 6 x ręcznik chłonny o wym. 30x30cm, 1 x taśma do zawiązania pępowiny o wym. 1x20cm?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 13:

„**Zadanie nr 2** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 1 x serweta na stół o wym. 90x120cm, serweta 2 warstwowa gramatura serwety 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa, 1 x serweta 2 warstwowa o wym. 90x120cm, 2 x podkład chłonny o wym. 60x90cm, 1 x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75x80cm, 6 x ręcznik chłonny o wym. 30x30cm?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 14:

„**Zadanie nr 3** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 1 x serweta na stoliki o wym. 150x190cm, serweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie wewnętrzne owinięcie zestawu, gramatura serwety 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa, 1 x serweta na stół Mayo wzmocniona o wym. 80x140cm, serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety, 1 x serweta o wym. 200x320cm, serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25x30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20cm, usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy, 1 x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75x80cm, 1 x taśma przyklepna o wym. 10x50cm, 4 x ręczniki do rąk o wym. 30x30cm?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 15:

„**Zadanie nr 5** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 1 x serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150x190cm, serweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa, 1 x serweta Mayo wzmocniona o wym. 80x140cm, serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety, 1 x serweta o wym. 170x180cm, serweta samoprzylepna, dolna z łata chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerm na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny, z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m², odporność na przenikanie cieczy 496cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa, 1 x serweta o wym. 170x240cm, serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerm na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m², odporność na przenikanie cieczy 496cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa, 2 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa o wym. 70x90cm, serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, 1 x taśma przyklepna o wym. 10x50cm, 4 x ręcznik do rąk o wym. 30x30cm?”

Odpowiedź:

Gramaturę 56g/m² Zamawiający dopuszcza, natomiast pozostały skład zestawu zgodnie z opisem podanym w zaproszeniu

Pytanie nr 16:

„**Zadanie nr 6** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 1 x serweta na stół o wym. 150x190cm, serweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie,

Odpowiedzi na pytania dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na dostawę bielizny operacyjnej jednorazowego użytku

wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, 1 x serweta o wym. 200x280cm, serweta z otworem o średn. 10cm, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x50cm. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m², odporność na przenikanie cieczy 496cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa z otworem o średnicy 10cm przyklepnym, 1 x taśma przyklepna o wym. 10x50cm, 2 x ręcznik do rąk o wym. 30x30cm ?”

Odpowiedź:

TAK

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 9 listopada 2012r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu
Lek med. Andrzej Mielcarek