



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 06.02.2012 r



AZ.2150-7/1/2012

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIGNIA  
PIERSIA

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę **ureterorenoskopu kompaktowego** wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o wymiarze początkowym 7,5 Charr ?

Odpowiedź :

Tak , pod warunkiem że wymiar wewnętrzny kanału będzie zgodny z pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia tj. minimum 5,2x6,2 Charr .

#### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o kącie patrzenia optyki 8° ?

Odpowiedź :

Tak , Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na ureterorenoskop o kącie patrzenia optyki 8° .

#### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o długości roboczej 425 mm oraz długości całkowitej 587 mm ?

Odpowiedź :

Tak , Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na ureterorenoskop o długości roboczej 425 mm oraz długości całkowitej 587 mm .

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im.Papieża Jana Pawła II w Zamościu

*lek.med. Andrzej Mielcarek*