



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dn. 6.06.2012r



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARMIEŃIA
PIERWSZA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AZ.2150-7/2/12

Dotyczy : odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę fotela urologicznego wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

„ Czy zamawiający dopuści fotel posiadający składany schodek dla pacjenta lecz bez regulacji wysokości siedziska? ”

Odpowiedź :

NIE

Pytanie nr 2:

„ Czy zamawiający dopuści fotel posiadający uchwyty na kończyny górne a nie podpórki? ”

Odpowiedź :

TAK

Pytanie nr 3:

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy lub na inny stosownie dłuższy termin zaproponowany przez Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert”

Odpowiedź :

TAK, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 7 tygodni od dnia wysłania zamówienia.

Odpowiedzi na pytania – fotel urologiczny

Pytanie nr 4:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny bez odsuwanego schodka dla pacjenta? Oferowany fotel składa się z 3 segmentów – oparcia pleców, siedziska i nóg, co jest rozwiązaniem optymalnym i gwarantującym pełny komfort pacjentów oraz personelu.”

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza fotel urologiczny bez schodka, ale z regulacją wysokości siedziska.

Pytanie nr 5:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny wyposażony w wysuwaną miskę ze stali nierdzewnej bez odpływu i wiadra? Proponowane rozwiązanie jest wystarczające i pozwala na swobodne przeprowadzanie zabiegów medycznych ”

Odpowiedź :

NIE

Pytanie nr 6:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny wyposażony w podłokietniki Goepla jako wymagane podpórki podudzi? Oferowane rozwiązanie jest dostosowane do potrzeb użytkowych ”

Odpowiedź :

TAK

Pytanie nr 7:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny wyposażony w regulowane podłokietniki jako wymagane podpórki na kończyny górne? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i gwarantuje komfort użytkowania”

Odpowiedź :

TAK

Pytanie nr 8:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny wyposażony w poduszkę pod głowę dla pacjenta z regulacją jej wysokości? Proponowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i pozwala na swobodne podparcie głowy przez pacjentów o zróżnicowanym wzroście”

Odpowiedź :

TAK

Pytanie nr 9:

„ Czy Zamawiający oczekują do zaoferowania fotel urologiczny składający się z 3 segmentów: oparcia pleców, siedziska oraz oparcie nóg Parametr ten jest optymalnie dostosowany do potrzeb użytkowych i gwarantuje pełny komfort pacjentów.”

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza budowę 3 segmentową, ale nie jest to warunek konieczny.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek med. Marek Lipiec