



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 19 stycznia 2012 r.



AZP.3320/ 1/ / 12

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

### **Pytanie dot. zadania 2 poz. 1 - 3:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 2 poz. 1 – 3 zestawów do cewnikowania żył centralnych, metodą Seldingera, dwuświatłowych 7,5 F dł. 15 cm, jednorazowego użytku, pakowanych pojedynczo, sterylnie nie zawierających lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie przewodnicy Seldingera bez konieczności rozłączenia strzykawki), posiadających dodatkowo niezintegrowane heparynizowane porty igłowe na końcu światła cewnika.

### **Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

### **Pytanie dot. zadania 5 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem: czy w zadaniu 5 pozycja 1 „Kaniuła do zakładania linii tętniczej 20 G/ 1, 10 mm x 45 mm” oczekuje zaferowania kompletnego zestawu wyposażonego dodatkowo w nieinwazyjne mocowanie posiadające ściśle przylegającą i wyprofilowaną pod stopkę kaniuli adhezyjną część mocującą oraz dwuwarstwowy fiksator rzepowy umożliwiający operowanie zaworem odcinającym kaniuli bez konieczności rozłączenia całości systemu?

Zastosowanie tego rozwiązania pozwala w praktyce na stabilne i pewne zabezpieczenie kaniuli eliminując tym samym konieczność jej przyszywania co wpływa znacząco na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjenta, w tym redukuje koszty hospitalizacji oraz ryzyko związane z powstaniem dodatkowego źródła kontaminacji.

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wymaga dodatkowego mocowania i fiksatora. Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
00 10 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
AZP.3320/ 1/12 - Wyjaśnienie treści SIWZ

**Pytanie dot. zadania 12 poz. 1:**

Zwracamy się do zamawiającego z pytaniem o doprecyzowanie czy w zdaniu 12 poz. 1 „Cewnik Foley'a, sterylny jednorazowego użytku wykonany ze 100% silikonu, pojemność balonika 5 – 15 ml lub 15 – 30 ml, rozmiar nr 16, nr 18, nr 20” oczekuje, aby zaoferowany cewnik posiadał integralny czujnik pozwalający na precyzyjny pomiar temperatury z pęcherza na monitorze za pomocą wbudowanego kabla interfejsowego?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wymaga integralnego czujnika pozwalającego na pomiar temperatury. Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 27:**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 1 serwety o wymiarach 50 x 60 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 serwety o wymiarach 50 x 60 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pytania dot. zadania 23 poz. 1:**

1. Czy zamawiający wymaga folii zawierającej jodoform w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod, który zapewnia ciągłe, trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego?

2. Czy zamawiający wymaga folii sterylizowanej radiacyjnie promieniami gamma?

3. Czy zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 60 x 66 cm, w której rozmiar okna przylepnego jest zgodne z SIWZ 56 x 60 cm ?

**Wyjaśnienia:**

**Ad. pkt. 1, 2:** Zamawiający niezbędne wymagania określił w SIWZ.

**Ad.pkt. 3:** Zamawiający dopuszcza folię o rozmiarze całkowitym 60 x 66 cm, w której rozmiar okna przylepnego wynosi 56 x 60 cm.

**Pytanie dot. zadania 23 poz. 2:**

Czy zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 90 x 60 cm o rozmiarze okna przylepnego 60 x 60 cm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza folię o rozmiarze całkowitym 90 x 60 cm, rozmiar okna przylepnego 60 x 60 cm.

**Pytania dot. zadania 24:**

1. Czy zamawiający wymaga folii transparentnej wykonanej z poliestru, ultracienkie, o grubości 0,025 mm, oddychające, rozciągliwe, niepalne?

2. Czy zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 38 x 25 cm i rozmiarze okna przylepnego 28 x 25 cm?

3. Czy zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 45 x 60 cm i rozmiarze okna przylepnego 45 x 50 cm?

**Wyjaśnienia:**

**Ad.pkt. 1** – Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

**Ad.pkt. 2** – Zamawiający dopuszcza rozmiar całkowity 38cm x 25 cm i rozmiar okna przylepnego 28 x 25 cm.

**Ad. pkt. 3** – Zamawiający dopuszcza rozmiar całkowity 45cm x 60 cm i rozmiar okna przylepnego 45 cm x 50 cm

**Pytanie dot. zadania 25 poz. 2:**

Czy zamawiający wymaga folii wykonanej z poliestru o grubości 0,05 mm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga folii z poliestru lub polietylenu, nie stawia wymogu odnośnie grubości.

**Pytanie dot. zadania 26:**

Czy zamawiający dopuści fartuch z tkaniny SSMMS o gramaturze 35 g/ m<sup>2</sup> i wzmocnieniach o gramaturze 50 g/ m<sup>2</sup> ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 27:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50 x 60 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 50 x 60 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pytanie dot. § 7 wzoru umowy:**

W/w ust. zawiera informację: „W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w § 6”. Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne. Zdarzyć się może, że zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy wysokich kar umownych i równoczesnym odstąpieniu od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. § 2 ust. 6 wzoru umowy:**

Prosimy o zmianę zapisu z: „Trzykrotna reklamacja tego samego przedmiotu umowy upoważnia zamawiającego do rozwiązania umowy” na zapis „Trzykrotna kolejna reklamacja tego samego przedmiotu umowy upoważnia zamawiającego do rozwiązania umowy”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. informacji o dokumentach dopuszczających:**

Zamawiający wymaga załączenia do oferty deklaracji zgodności CE, certyfikatu jednostki notyfikowanej. Należy wskazać, że zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych dokumentem dopuszczającym do obrotu dla wyrobów będących przedmiotem postępowania (zadanie nr 15) jest komplet dokumentów tj. certyfikat CE z deklaracją zgodności oraz zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego. Wnosimy o dokonanie odpowiedniej modyfikacji do w/w punktu SIWZ i potwierdzenie, że zamawiający wymaga dołączenia do oferty właściwych dokumentów dopuszczających do stosowania na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. tj.:

- dla klasy IIb i III zgłoszenia/ powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego,

certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności,

- dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenia/ powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego,

- dla wyrobów klasy IIa, I sterylnej i I z funkcją pomiarową certyfikatu wraz z deklaracją zgodności oraz zgłoszenia/ powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ (str. 7) na potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom należy złożyć w ofercie „Oświadczenie wykonawcy – wykonawca oświadcza, że oferowane wyroby medyczne posiadają deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, a także oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie”.

**Pytanie dot. § 6 ust. 2 wzoru umowy:**

W/w punkt zawiera informacje, że zamawiający może obciążyć dostawcę karami w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy. Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy, podobnie jak odsetki za zwłokę w płatności naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy).

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy, gdzie w § 6 ust. 2 zapisano: „W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy zapłaci on na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Pytanie:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w przypadku zmiany w wysokości opłat na rzecz Skarbu Państwa, czyli np. zmiany przepisów celno – podatkowych, kursu walut, podatku VAT?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie:**

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są wymagania określone w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 26:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych jednokrotnego użytku, wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, w miejscach wzmocnionych o gramaturze 78 g/m<sup>2</sup> (pozostałe parametry zgodne z opisem siwz) ? Proponowana włóknina SMMS znacznie przekroczy parametry normy europejskiej EN-13796.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 27:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej sterylnej serwety pełnobarierowej 2-warstwowej o gramaturze 54 g/ m<sup>2</sup> (pozostałe parametry zgodne z opisem siwz) ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie dopuszcza serwety 2-warstwowej o gramaturze 54 g/ m<sup>2</sup>.

**Pytanie dot. zadania 27:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej sterylnej serwety pełnobarierowej spełniającej wymagania siwz jednakże 3-warstwowej ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety pełnobarierowej spełniającej wymagania SIWZ, ale trzywarstwowej.

**Pytania dot. zadania 25:**

1. Czy zamawiający dopuści folię z polietylenu o grubości 0,5 ?
2. Czy zamawiający dopuści folię z polietylenu o grubości 0,5 ?

**Wyjaśnienie:**

**Ad. pkt. 1:** Zamawiający dopuszcza folię z polietylenu, grubość 0,05 mm zgodnie z SIWZ.

**Ad. pkt. 2:** Zamawiający dopuszcza folię z polietylenu, nie stawia wymogu odnośnie grubości.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy za dni dostawy w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Chodzi o dni kalendarzowe.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy dodać punkt o następującej treści: „w zakresie zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy” ? Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy - integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy - integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 24:**

Czy Zamawiający w wyżej wymienionym zadaniu dopuści folię w rozmiarze 40 x 28 cm (w miejsce 40 x 40 cm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 27:**

Czy Zamawiający w wyżej wymienionym zadaniu dopuści serwetę o gramaturze minimum 56 g/ m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza serwetę o gramaturze 56 g/ m<sup>2</sup>.

**Pytanie dot. zadania nr 2 pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych w rozmiarze 7F dł. 15 cm spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 2 pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści dwuświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych w rozmiarze 7F dł. 15 cm spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 2 pozycja 4:**

Czy Zamawiający dopuści jednoświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych w rozmiarze 6F dł. 15 cm spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 3 pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu wykonaną z termoplastycznego PCV, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytania dot. zadania nr 3 pozycja 2-3:**

1. Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem wykonaną z termoplastycznego PCV, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

2. Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez zaznaczonego rozmiaru na balonie kontrolnym ?

**Wyjaśnienia ad. pkt. 1 -2:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ jeśli chodzi o materiał, natomiast zamawiający dopuszcza rurki bez zaznaczonego rozmiaru na balonie kontrolnym.

**Pytania dot. zadania nr 4 pozycja 1:**

1. Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną wykonaną z termoplastycznego PCV ?

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rozmiar rurki znajdował się na baloniku

kontrolnym ?

**Wyjaśnienia ad. pkt. 1 -2:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ jeśli chodzi o materiał, natomiast zamawiający dopuszcza rurki intubacyjne bez zaznaczonego rozmiaru na balonie kontrolnym.

**Pytanie dot. zadania nr 6 pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną z mankietem niskociśnieniowym wykonaną z termoplastycznego PCV ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytania dot. zadania 14 pozycja 1:**

1. Czy Zamawiający oczekuje rękawic o długości 295 mm ?
2. Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'25 par z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?
3. Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze M i L ?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie długości. Dopuszcza rękawice w opakowaniu a'25 par z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Dopuszcza rękawice w rozmiarze M i L.

**Pytanie dot. zadania nr 16 pozycja 1 - 3:**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez otworu centralnego z 4 otworami bocznymi, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 23 pozycja 1:**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 23 pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o grubości 0,03 mm w rozmiarze 56 x77 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 24 pozycja 1, 2:**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 40 x42 cm spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną o rozmiarze 40 x 42 cm spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ do pozycji 2, 3, do pozycji 1 – nie.

**Pytanie dot. zadania 25 pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści sterylną folię operacyjną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03 mm w rozmiarze 30 x 25 cm o powierzchni lepnej 30 x 21 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 27 pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza serwetę o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ

**Pytanie dot. zadania nr 1:**

Czy rękawiczki winylowe mają posiadać oryginalnie nadrukowaną przez producenta informację o braku substancji DOP (=DEHP), która została umieszczona przez Europejską Agencję ds Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie stawia wymogu aby rękawiczki posiadały oryginalnie nadrukowaną przez producenta informację o braku substancji DOP.

**Pytanie dot. zadania nr 5:**

Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „zawór odcinający” Zamawiający ma na myśli zawór kulowo – suwakowy eliminujący ryzyko powstania zatoru powietrznego ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie stawia wymogu odnośnie rodzaju zaworu.

**Pytanie dot. zadania nr 10:**

Prosimy o sprecyzowanie czy rurki mają być wyposażone w znacznik głębokości w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki widocznego pod kontrolą laryngoskopu, co pozwala na ocenę precyzyjnie określenie głębokość wprowadzenia rurki ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga rurek wyposażonych w znaczniki głębokości, nie stawia wymogu odnośnie rodzaju znacznika głębokości.

**Pytanie dot. zadania nr 12:**

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Foley 100% silikon mają być w pełni przezroczyste co pozwala na wizualizację wydzieliny ?

**Wyjaśnienie:**

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

**Pytania dot. zadania nr 13:**

1. Prosimy o doprecyzowanie czy rurki intubacyjne mają posiadać dwa balony – wewnętrzny wypełniony wodą i zewnętrzny wypełniony powietrzem, tak jak obecnie stosowane ?

2. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Foley 100% silikon mają posiadać w zestawie strzykawkę pierwotnie napełnioną 10% roztworem gliceryny ? Strzykawka wchodząca w skład zestawu, wypełniona w/w roztworem jest odpowiednio przygotowana do napełnienia balonu i pozwala na zachowanie bezpieczeństwa pacjenta, nie podrażając kosztów.

3.



**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych posiadających dwa balony, wewnętrzny wypełniony wodą, zewnętrzny wypełniony powietrzem. Wyjaśnienia dotyczące cewników Foley zostały udzielone przy zadaniu nr 12 - powyżej.

**Pytanie dot. zadania nr 18:**

Prosimy o sprecyzowanie czy kaniula ma być wyposażona w zawór kulowo – suwakowy, eliminujący ryzyko powstania zatoru powietrznego ?

**Wyjaśnienie:**

Kaniula ma być wyposażona w zawór kulkowo – suwakowy.

**Pytanie dot. zadania nr 23 poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu w rozmiarze: powierzchnia całkowita 60 x 50 cm i powierzchnia lepna 60 x 45 cm.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 23 poz. 2:**

Prosimy o dopuszczenie folii wykonanej z poliuretanu o powierzchni całkowitej : 83,5 x 45 cm i powierzchni lepnej 45 x 75 cm lub o rozmiarze powierzchni całkowitej 56 x 88,5 cm i powierzchni lepnej 56 x 80 cm spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 24:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej jałowej o rozmiarze 28 x 38,5 zamiast 29x25 cm oraz o rozmiarze 40 x 50,5 cm zamiast 40 x 40 cm oraz o powierzchni 45 x 63,5 zamiast 45x55 cm.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 25 poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o rozmiarze całkowitym 15 x 36,5 cm oraz o powierzchni lepnej 15 x 28 cm lub o rozmiarze całkowitym 28 x 38,5 cm oraz o powierzchni lepnej 30 x 28 cm spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 25 poz. 2:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej o wymiarach powierzchni klejącej 15 x 28 cm oraz o szerokości boków ok. 35 mm.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii operacyjnej o rozmiarze powierzchni klejącej 15 x 28 cm oraz o szerokości boków ok. 35 mm.

**Pytanie dot. zadania 27:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zaoferowania serwety o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> wykonanej z włókniny laminowanej.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zaofiarowania zaofiarowania serwety o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zapisów siwz:**

Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaofiarowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak – zgodnie z zapisem na str. 4 SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 19:**

Czy Zamawiający oczekuje masek dostosowanych do pracy z respiratorami z wbudowaną opcją NIV czy też posiada aparaty bez tej opcji w związku z czym oczekuje masek z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa dla pacjenta ?

Prosimy również Zamawiającego o dopuszczenie w/w masek w rozmiarach S, M, L. Wspomniane rozmiary obejmują pełny zakres standardowych wymiarów masek.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wymaga masek dostosowanych do pracy z respiratorem. Rozmiary masek zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 3 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu wykonane z medycznego PCV pozostałe zapisy zgodne z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 3 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankiem wykonane z PCV z oznaczaniem średnicy na rurce oraz łączniku zgodnym z innymi elementami układu oddechowego pacjenta z pozostałymi zapisami zgodnymi z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 3 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z medycznego PCV z oznaczaniem średnicy na rurce oraz łączniku zgodnym z innymi elementami układu oddechowego pacjenta z pozostałymi zapisami zgodnymi z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 3 poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych wykonaną z miękkiego aluminium z osłonką z tworzywa sztucznego. Prowadnica posiada powierzchnię Satin Slip ułatwia wprowadzenie i wyjmowanie prowadnicy z rurki intubacyjnej ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza prowadnicę do rurek intubacyjnych wykonaną z miękkiego aluminium z osłonką z tworzywa sztucznego.

**Pytanie dot. zadania 4:**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z mankietem wykonane z medycznego PCV z oznaczaniem średnicy na rurce oraz łączniku zgodnym z innymi elementami układu oddechowego pacjenta z pozostałymi zapisami zgodnymi z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 6:**

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym wykonane z medycznego PCV z linią RTG ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, transparentny balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką, transparentny łącznik 15 mm, w komplecie tasiemka oraz prowadnica w rozmiarach podanych w SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 3 ust. 2 obecnego zapisu na: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy,
- c. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności,
- d. istotnej zmiany cen przez producenta” ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w paragrafie 4 ust. 1 zapisu „otrzymania” na „wystawienia” ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 4 ustęp 2 zapisu „obciążenia” na „uznania” ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w paragrafie 5 ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 10 zapisu: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie” ?

**Wyjaśnienie:**

Treść § 10 ulega zmianie i uzyskuje brzmienie: **„W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie, jednakże ograniczenie to nie przekroczy 20% wartości umowy. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać należnego wynagrodzenia za faktycznie zrealizowane dostawy.”**

**Pytanie dot. zadania nr 2:**

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 2 dopuści złożenie oferty z zestawami do cewnikowania żył centralnych, zakładanych metodą Selingera, wyposażonymi w nitynolowe przewodniki, z możliwością identyfikowania położenia cewnika zarówno w promieniach RTG jak również przy użyciu EKG, wyposażonymi w dwie igły wprowadzające o długości 5 i 7 cm i średnicy 18G, skalpel, rozszerzacz dostosowany do średnicy cewnika oraz strzykawkę Rowienсона umożliwiającą wprowadzenie przewodnicy bez jej odłączania, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż **ulegają zmianie:**

- **termin składania ofert**, który wyznacza się na dzień **25 stycznia 2012r. do godz. 11.00**,
- **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **25 stycznia 2012r. godz. 12.00**.

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec