



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 28 marca 2012 r.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

AZP 3320/ 16/ /12

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARDIOLOGII

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

Dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 1 dopuści igłę o długości 64 mm, z nicią o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis określony w SIWZ.

2. Czy Zamawiający w zadaniu 1 pozycji 2 dopuści igłę tępą (przeciw zakłuciową) z nicią o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis określony w SIWZ.

3. Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 3 dopuści igłę okrągłą zwykłą o długości 32 mm, typu haczyk z nicią o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian ? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego zadania.

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis określony w SIWZ.

4. Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 5 dopuści igłę okrągłą, ale bez określenia „rozwarstwiająca” (każda igła okrągła nie tnąca, rozwarstwia tkanki) o długości 30 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis określony w SIWZ.

5. Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 6 dopuści igłę tępą (przeciwzakłuciową) o długości 37 mm? Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 6 dopuści igłę o długości 37 mm z nicią o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu -
postępowanie AZP 3320/16/ 12 wyjaśnienie
treści SIWZ

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis określony w SIWZ.

6. Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 7 dopuści igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca” (każda igła okrągła nie tnąca rozwarstwia tkanki), pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis określony w SIWZ.

7. Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 7 dopuści igłę okrągłą zwykłą, pozostałe parametry bez zmian ? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww pozycji do osobnego zadania.

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis określony w SIWZ.

8. Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 9 dopuści igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca” (każda igła okrągła nie tnąca rozwarstwia tkanki), pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis określony w SIWZ.

9. Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 10 dopuści igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca” (każda igła okrągła nie tnąca rozwarstwia tkanki), pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis określony w SIWZ.

10. Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 12 z zadania 1 do osobnego zadania lub dopuszczenie igły o długości 32 mm z nicią o grubości 1 i długości 75 cm.

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis określony w SIWZ.

11. Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 13 dopuści igłę okrągłą, laparoskopową o długości 19 mm, z nicią o długości 18 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis określony w SIWZ.

12. Dotyczy Zadania nr 2. Czy Zamawiający w zadaniu 2 dopuści siatki najelitowe, wykonane z niewchłanialnej warstwy poliestrowej i wchłanialnej warstwy hydrofilowej złożonej z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu ?

Wyjaśnienie: Tak.

13. Dotyczy Zadania nr 3. Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści w pozycji 1 stapler liniowy, 45 mm, wykonujący szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych na całej długości tytanowych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery „B”, ułożonych naprzemiennie, stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm, przewodnik tnący do odcięcia tkanki po obu stronach kowadełka oraz w pozycji 2 ładunki kompatybilne z ww staplerem ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis określony w SIWZ.

14. Paragraf 3 ust. 2. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: Wymienione ceny netto mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez

odszkodowania na rzecz Sprzedającego – sytuacja ta nie dotyczy zmian urzędowych cen i stawki VAT.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

15. Paragraf 9 ust. 2 pkt. 3. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach: - w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

16. Prosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”. Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

17. Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ? Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi wkalkulować w cenę materiału koszty dostawy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

18. Czy Zamawiający w Zadaniu 4 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki hemostatycznej wykonanej z niezdenaturyzowanego, liofilizowanego kolagenu wchłanianego typu I , uzyskanego ze skór cielęcych w rozmiarze 10x7x0,4 cm (wyrób medyczny klasy III) ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis określony w SIWZ.

19. Czy Zamawiający w Zadaniu 4 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki hemostatycznej wykonanej z niezdenaturyzowanego, liofilizowanego kolagenu wchłanianego typu I , uzyskanego ze skór cielęcych w rozmiarze 7x5x0,6 cm (wyrób medyczny klasy III) ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis określony w SIWZ.

20 Czy Zamawiający w Zadaniu 4 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki hemostatycznej wykonanej z niezdenaturyzowanego, liofilizowanego kolagenu wchłanianego typu I , uzyskanego ze skór cielęcych w rozmiarze 2,5x3,5x0,6 cm (wyrób medyczny klasy III) ?

Wyjaśnienie: Nie.

21. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2: Siatkę kompozytową, miękką, niewchłaniającą, 2 – warstwową, najelitową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m², w rozmiarze:

poz. nr 1 - 11 x 14 cm (specyfikacja wymaga 15 x 15 cm (+/- 1 cm))

poz. nr 2 – 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 15 x 20 cm (+/- 1 cm)) ?

Wyjaśnienie: Nie.

22. Czy Zamawiający w zadaniu 3 w pozycji nr 1 wymaga aby jednorazowy stapler zamykający z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca) o długości linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia 6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawierający ładunek do tkanki grubej, posiadał dwie oddzielne dźwignie zamykania i strzału zapobiegające przypadkowemu uruchomieniu ?

Wyjaśnienie: Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek