



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 20 kwietnia 2012 r.



AZP.3320/ 17/ / 12

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP

**Pytanie dot. zadania 2 – Kardiomonitoring poz. II.8:**

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu możliwości wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z pomiarem oddechu z odprowadzenia II.

**Pytanie dot. zadania 4 – materace przeciwoleżeniowe zmiennociśnieniowe z pompą:**

Czy zamawiający dopuści materac o wymiarach 2040 mm x 860 mm?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 4 – materace przeciwoleżeniowe zmiennociśnieniowe z pompą:**

Czy zamawiający dopuści materac złożony z 21 komór poprzecznych i 2 wzdłużnych?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 4 – materace przeciwoleżeniowe zmiennociśnieniowe z pompą:**

Czy w rozumieniu pkt. 5 zamawiający dopuści materac wyposażony w pasy mocujące, zawór reanimacyjny CPR, pokryty odpinanym, półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym cieczę, o konstrukcji modułowej zapobiegającej rozsuwaniu się komór i stykaniu całą powierzchnią pacjenta podłożem?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 4 – materace przeciwoleżeniowe zmiennociśnieniowe z pompą:**

Czy zamawiający dopuści materac z automatyczną regulacją ciśnienia w zakresie 25 – 55 mmHg?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 4 – materace przeciwoleżeniowe zmiennociśnieniowe z pompą:**

Czy zamawiający dopuści materac o czasie trwania pełnego cyklu 7,5 min.?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 4 – materace przeciwoleżeniowe zmiennociśnieniowe z pompą:**

Czy zamawiający dopuści pompę z dźwiękowym alarmem spadku ciśnienia?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 4 – materace przeciwoleżeniowe zmiennociśnieniowe z pompą:**

Czy zamawiający dopuści materac spełniający wszystkie obecnie obowiązujące normy o wydajności pompy 7 l/ min.?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 4 – materace przeciwoleżeniowe zmiennociśnieniowe z pompą:**

Czy w celu zapewnienia najlepszej ochrony pacjentom, zamawiający wymaga aby materac

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

przeciwodleżynowy pracował w systemie 3 : 1, co daje unikalne parametry antyodleżynowe, tzn. zero nacisku na dany odcinek ciała przez 1/3 pełnego cyklu?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 4 – materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe z pompą:**

Czy zamawiający wymaga modułowej konstrukcji komór materaca zapobiegającej ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2 – Kardiomonitor poz. I.7:**

Czy zamawiający dopuści monitor sterowany poprzez klawisze oraz pokrętło funkcyjne?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2 – Kardiomonitor poz. II.8:**

Czy zamawiający dopuści monitor z pomiarem oddech z odprowadzenia II?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 2 – Kardiomonitor poz. IV.21:**

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z akumulatorem wystarczającym na 75 min. pracy?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 4:**

Czy zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą o wymiarach 195 x 88 cm?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 4:**

Czy zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą, w którym czas trwania pełnego cyklu wynosi 15 min.?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 1 – Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe, pkt 6:**

Czy zamawiający dopuści do przetargu pompę z szybkością dozowania dawki uderzeniowej Bolus 1800 ml/ h, dla strzykawki 50 ml?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 1 – Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe, pkt 17:**

Czy zamawiający dopuści pompę z klawiaturą nawigacyjną, jest to nowsza technologia pozwalająca szybko wybrać parametry numeryczne parametrów infuzji i zapobiega niepożądanym ingerencjom w parametry osób trzecich?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 1 – Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe:**

Czy zamawiający dopuści pompę z zakresem szybkości Bolusa do 1800 ml/ h?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 1 – Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe:**

Czy zamawiający dopuści pompę z klawiaturą nawigacyjną?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2:**

Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor obsługiwany przy pomocy pokrętła nawigacyjnego i przycisków funkcyjnych?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 3 – Ssak elektryczny:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o poziomie hałasu 45 dB, czyli niewiele różniącym się od wymaganego 43 dB? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2, pkt. 3:**

Czy zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor z kolorowym ekranem LCD TFT o przekątnej 8”?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 2, pkt. 7:**

Czy zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor komunikujący się z użytkownikiem poprzez menu w języku polskim, obsługiwany za pomocą pokrętle i przycisków funkcyjnych?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2, pkt. 43:**

Czy zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor chłodzony konwencjonalnie przy pomocy wentylatora?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2:**

Czy zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z komunikacją z użytkownikiem poprzez menu w języku polskim, obsługiwane za pomocą pokrętle i przycisków?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2, pkt 6:**

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z akumulatorem o wadze 5,4 kg?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2, pkt 8:**

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z akumulatorem o wadze 8 kg?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2, pkt 7:**

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez komunikacji przez ekran dotykowy?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2, pkt 7:**

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z komunikacją przez ekran dotykowy, przyciski funkcyjne i pokrętle?

**Wyjaśnienie:** Tak, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2, pkt 22:**

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez uchwytu do przenoszenia?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2, pkt 23:**

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z chłodzeniem przy użyciu wentylatora?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2, pkt 7:**

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, którego obsługa jest za pomocą pokrętle oraz przycisków funkcyjnych?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2, pkt 23:**

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada ciche chłodzenie aktywne?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 3:**

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu ssak elektryczny o wydajności 42 l/ min. podciśnieniu regulowanym w zakresie od – 90 kPa oraz głośności 50,5 dB?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2:**

Czy zamawiający wymaga, by kardiomonitor w razie potrzeby mógł wyświetlać powiększony wykres zmian HR, SpO2 oraz oddechu?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2:**

Czy zamawiający wymaga, by kardiomonitor mógł przeprowadzić analizę HRV?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2:**

Czy zamawiający wymaga, by monitor był wyposażony w funkcję „mini trendów”?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2:**

Czy zamawiający wymaga, by kardiomonitor miał możliwość wyliczenia dawki leków dla danego pacjenta?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrukcji serwisowej (przy dostawie) oraz przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego szkolenia serwisowego dla pracowników Działu Inżynierii Klinicznej z wykonywania podstawowych czynności serwisowych potwierdzonych wydaniem zaświadczenia?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek