



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 13 kwietnia 2012 r.

AZP 3320/11/ /12

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPRUSZCZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonania gazometrii i elektrolitów wraz z dzierżawą analizatorów. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. **Dotyczy zadania nr 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z wylicznym poziomem Hct z mierzonej bezpośrednio Hgb lub dopuści zaoferowanie analizatora z pomiarem alternatywnym: hematokryt lub hemoglobina jak w zadaniu nr 1?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ

2. **Dotyczy zadania nr 3.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora wyposażonego w elektrody i sensory bezmembranowe, gdzie elektrody elektrolitowe wymagają okresowego uzupełniania płynu elektrolitowego ?

Wyjaśnienie: Nie Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3. **Dotyczy zadania nr 3.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mniejszej ilości portów wychwytywania skrzepów wielokrotnego użytku niż wyspecyfikowana, a wyliczonej zgodnie z zaleceniem producenta aparatu ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Wnosimy o uzupełnienie warunków umowy o zapis dopuszczający podwyższenie ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Ograniczenie zapisu umowy tylko do przypadku kiedy stawka VAT zostanie obniżona jest nierównym traktowaniem stron.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający ma prawo wymagać by ceny nie ulegały podwyższeniu w czasie obowiązywania umowy. Informujemy również, że zapisy wzoru umowy odnoszą się do zmiany stawki VAT.

Z-ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ds. Administracyjnych

Mgr inż. Bernarda Petryk