



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 18 kwietnia 2012 r.

AZP3320/18/ /12

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do wykonania gazometrii i elektrolitów wraz z dzierżawą analizatorów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

Pytanie dot. zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą o określenie lokalizacji czwartego analizatora w Zadaniu nr 1 i podanie ilości badań planowanych dla czwartego analizatora? Ułatwi to skalkulowanie oferty.

Wyjaśnienie:

Odczynniki dla potrzeb Laboratorium w ilości 27 800 oznaczeń, Oddziału Położniczego w ilości 4 000 oznaczeń, Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w ilości 8 700 oznaczeń wraz z dzierżawą czterech analizatorów.

Pytanie dot. zadania 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy podana ilość planowanych badań w zadaniach 1, 2, 3 jest określona na rok czy na dwa lata.

Wyjaśnienie:

Dwa lata.

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o podanie kosztu podłączenia analizatora do szpitalnej sieci informatycznej, jednocześnie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający po przez zapis: konieczność posiadania przez analizator oprogramowania pozwalającego na zdalną kontrolę” oczekuje zaoferowania oprogramowania umożliwiającego monitorowanie i zlecenie czynności konserwacyjnych analizatorom z oddzielnego stanowiska komputerowego?

Pytanie dot. zadania 1, 2, 3

Czy zamawiający poprzez zapis w pakiecie 1, 2 i 3 brzmiący “Podłączenie do informatycznej sieci szpitalnej SIS GEM” wymaga od wykonawcy podłączenia analizatorów do ww. sieci na własny koszt? Jeśli tak to prosimy o podanie szacunkowego kosztu podłączenia dla 1 szt. aparatu.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Wyjaśnienie:

To wykonawca składający ofertę określa cenę oferty. W przypadku trudności w określeniu kosztów podłączenia proszę zwrócić się o pomoc do firmy GEM.

Pytanie dot. zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w zadaniu nr 2 Zamawiający oczekuje zaoferowania kontroli dla poziomów I, II, III oraz czy w przypadku oferowania kontroli zawierającej wartości dla hematokrytu we wszystkich poziomach można nie oferować dodatkowej kontroli?

Wyjaśnienie:

W przypadku oferowania kontroli zawierającej wartości dla hematokrytu można nie oferować dodatkowej kontroli.

Pytanie dot. zadania 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy podana ilość planowanych badań w zadaniach 1, 2, 3 jest określona na rok czy na dwa lata? Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy podane ilości materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych są podane w zadaniach w ilości do zaoferowania na okres roku czy dwóch lat.

Wyjaśnienie:

W zadaniu nr 2 ulega zmianie ilość materiałów kontrolnych na dwa lata. Prawidłowa ilość kontroli na dwa lata to:

- 180 – poziom I
- 180 – poziom II
- 180 – poziom III
- 180 – Ht poziom niski
- 180 – Ht poziom wysoki

Natomiast w zadaniu nr 1 i 3 podana w SIWZ ilość planowanych badań jak również materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych określona jest na 24 miesiące.

*Lek. med. Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*