



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 24 kwietnia 2012 r.



AZP.3320/ 19/ / 12

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ, zmiany terminu składania ofert.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę środków technicznych neurochirurgicznych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający doda zapis w §4 ust. 5, §9 oraz w umowie 2 §2 ust. 7 i §7, że odstąpienie od umowy przez zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający doda zapis w §4 ust. 5 oraz w umowie 2 §2 ust. 7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy zamawiający dopuści system posiadający wielokątowe śruby tulipanowe dostępne w rozmiarach 4,0, 4,75, 5,5 do 8,5 i dł. 20 mm do 55 mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga rozmiarów średnicy śrub od 4 mm do 9 mm z różnicą rozmiaru pomiędzy kolejnymi śrubami (skok) nie przekraczającą 7,5 mm.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy zamawiający dopuści system posiadający teleskopowe oraz kątowe łączniki poprzeczne?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający dopuści system posiadający śruby do mocowania płytek w trzech rozmiarach długości (12 mm, 14 mm, 16 mm) i dwóch średnicach (4 mm, 5 mm)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 22:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 22 śruby tytanowe do osteosyntezy czaszki śr. 2,0 mm, dł. 4 mm, 2,0 mm, dł. 6 mm oraz 2,4 mm, dł. 6 mm?

Wyjaśnienie: Tak, pod warunkiem kompatybilności z posiadanymi przez zamawiającego śrubokrętami firmy Aesculap.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMIENTA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/ 19/12 - Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie dot. zadania 23:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 23 poz. 1 mikrośruby korowe, tytanowe, typu pogłębiony krzyżyk, śr. 1,0 mm o dł. 4, 5, 6 mm?

Wyjaśnienie: Tak, pod warunkiem kompatybilności z posiadanymi przez zamawiającego osprzętem firmy Aesculap.

Pytanie dot. zadania 23:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 23 poz. 2 śruby korowe mini, śr. 2,0 mm, dł. 6, 8 mm?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający ewentualnie dopuszcza dł. 4 i 6 mm.

Pytanie dot. zadania 23:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 23 poz. 3 płytki tytanowe 2,0; 4, 6, 8 otworowe oraz adaptacyjne 20 otworowe?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający wymaga mikroplątkę 1,0 mm.

Pytanie dot. zadania 23:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 23 poz. 3 mikroplątkę adaptacyjną 1,0, 34 otworową?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 23:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 23 poz. 4 wiertło śr. 0,7 mm, dł. 44,5 z ogranicznikiem 8 mm?

Wyjaśnienie: Tak, pod warunkiem kompatybilności z posiadanymi przez zamawiającego osprzętem firmy Aesculap.

Pytanie dot. zadania 23:

Prosimy o doprecyzowanie parametrów mikroplątek w pakiecie 23 poz. 3: z jakimi śrubami mają współpracować?

Wyjaśnienie: Płytki mikro i śrubki mikro muszą być ze sobą kompatybilne i pasować do osprzętu Aesculap.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy zamawiający dopuści: Klatka międzytrzonowa (materiał PEEK) do kręgosłupa szyjnego o powierzchniach stycznych implantu z powierzchnią przestrzeni międzykręgowej ustawionych klinowo oraz wypukłe, z zabezpieczeniem przed wysuwaniem się implantu z przestrzeni międzykręgowej z przestrzenią w implancie umożliwiającą przerost kostny.

Wyjaśnienie: Tak.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:

- nowy termin składania ofert to **30 kwietnia 2012 r. godz. 11:00**
- nowy termin wniesienia wadium to **30 kwietnia 2012 r. godz. 11:00**
- nowy termin otwarcia ofert to **30 kwietnia 2012 r. godz. 12:00**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec