



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 16 kwietnia 2012 r.



Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

AZP 3320/ 20/04028/12

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę protez naczyniowych. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

tel. Centrala  
84 6773333

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 1, podpunkt 5 protez naczyniowych dl. 40 cm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

tel. Sekretariat  
84 6773300

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zadaniu 1 pkt. 5 protez naczyniowych o długości 40 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczenie próbek do zadań 1, 2, 3, 4 celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z przedłożoną ofertą i oczekiwanymi parametrami, a następnie zwrócenie próbek Oferentowi w stanie nienaruszonym.

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Z – ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Ds. Administracyjnych  
Mgr inż. Bernarda Petryk