



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 17 kwietnia 2012 r.

- Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008
- Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011
- Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004
- Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005
- Certyfikat nr 0023/2011
HACCP

AZP 3320/ 20/ /12

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę protez naczyniowych. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Prosimy o dopuszczenie łąt naczyniowych PTFE w innym rozmiarze: 0,6 cm x 5,1 cm lub 2,5 cm x 10cm lub 1,2 cm x 10,2 cm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łąt naczyniowych PTFE w zaproponowanych rozmiarach.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524