



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 19 kwietnia 2012 r.

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

AZP 3320/ 20/ /12

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę protez naczyniowych. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Dotyczy zadania 1 i 2. Prosimy o dopuszczenie protez niesrebrzonych z możliwością łączenia jonowego powleczenia z antybiotykiem.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Dotyczy zadania 5. Prosimy o dopuszczenie łąt naczyniowych poliestrowych dzianych, powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy z dodatkowym powleczeniem każdego włókna monomerem PTFE.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wymaga łąt naczyniowych z PTFE zgodnie z SIWZ.

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu  
ds. Administracyjnych  
mgr inż. Bernarda Petryk