



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 24 kwietnia 2012 r.



AZP.3320/ 22/ /12

.....
.....
.....
.....
.....

Certyfikat nr 0019/201'
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/201'
ISO 14001 : 2011

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Certyfikat nr 0022/201'
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do sterylizacji. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

Pytanie dot. zadania 1 – rękawy papierowo – foliowe:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo – foliowy z fałdą o wymiarach 75 mm x 35 mm x 100 mb w miejsce rękawa 75 mm x 25-30 mm x 100 mb ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji o gramaturze papieru 70 g/m², czyli o wyższych parametrach barierowości szczególnie w stanie mokrym, poza tym wyższa gramatura wykazuje się wyższą wytrzymałością mechaniczną ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji, które posiadają informację o kierunku otwierania umieszczoną na papierze, pod folią w obrębie fabrycznego zgrzewu ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 1 zgodzi się na dostarczenie rękawa o szerokości 420 mm lub 380 mm ?

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
00 10 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/ 22/12 - Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawa o szerokości 380 mm.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 2 zgodzi się na dostarczenie rękawa o szerokości 380 mm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawa o szerokości 380 mm.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający w zadaniu 1 zezwoli na dostarczenie rękawów z piktogramem otwierania umieszczonym na linii zgrzewu fabrycznego na papierze pod folią ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści torebki włókninowo – foliowe o wymiarach 270 x 360 mm zamiast 210 x 420 mm oraz 500 x 600 zamiast 420x600 mm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wniosek dot. zadania 5, pozycja 4, 6:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment należy do grupy produktów kontrolujących proces mycia i dezynfekcji. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w pakiecie innym oferentom.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania dot. wzoru umowy:

Czy za dni dostawy w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy dodać punkt o następującej treści: „w zakresie zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy” ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów

zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający w wyżej wymienionym zadaniu dopuści papier naprzemiennie pakowany w kolorach biały/zielony ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza papier naprzemiennie pakowany biały/kolor, może być zielony.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający w wyżej wymienionym zadaniu dopuści papier o gramaturze min. 60g/m², pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty a ponadto wpłynie na wartości użytkowe produktu zwiększając jego wytrzymałość w trakcie użytkowania ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający w wyżej wymienionym zadaniu odstąpi od wymogu biodegradowalności i okresu sterylności 180 dni potwierdzonego badaniami klinicznymi ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania nr 3 poz. 1:

Czy zamawiający miał na myśli odczyt ostateczny po 3 – 5 h inkubacji ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 3 poz. 1

Czy zamawiający wymaga aby wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok. 30 min. inkubacji ?

Wyjaśnienie: Nie wymaga.

Pytanie dot. zadania nr 3 poz. 2:

Czy zamawiający dopuści opakowanie 480 szt. ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga 20 000 sztuk wieloparametrowych wskaźników do sterylizacji parowej w opakowaniach po 250 sztuk (80 opakowań) lub 500 sztuk. (40 opakowań).

Pytanie dot. zadania nr 3 poz. 2:

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, czy zamawiający dopuści wskaźniki chemiczne, których klasa podana jest w instrukcji dołączonej do opakowania? Umieszczenie klasy na wskaźniku nie wnosi żadnych dodatkowych informacji.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania nr 3 poz. 3:

1. Czy zamawiający przez wymóg wysokiej czułości rozumie dodatkowy arkusz wczesnego ostrzegania, który umożliwia wcześniejsze wykrycie najmniejszych nieprawidłowości w usunięciu powietrza i penetracji pary, niż tradycyjny ?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania nr 3 poz. 5:

1. Czy zamawiający dopuści taśmę bez wskaźnika chemicznego o szerokości 1,9 cm x 55 mb ?

Wyjaśnienie:

Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk rolek i zaokrągleniem w górę do pełnej ilości sztuk rolek, tj. 262 rolki.

Pytanie dot. zadania nr 3 poz. 6:

Czy zamawiający miał na myśli odczyt ostateczny po 4 h inkubacji ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 3 poz. 6:

Czy zamawiający wymaga aby wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok. 30 min. inkubacji ?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania nr 3 poz. 7:

Czy zamawiający dopuści opakowanie 480 szt. ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga 6 000 sztuk wieloparametrowych wskaźników do sterylizacji parowej w opakowaniach po 250 sztuk (24 opakowania) lub 500 sztuk. (12 opakowań).

Pytanie dot. zadania nr 3 poz. 7:

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, czy zamawiający dopuści wskaźniki chemiczne, których klasa podana jest w instrukcji dołączonej do opakowania ? Umieszczenie klasy na wskaźniku nie wnosi żadnych dodatkowych informacji.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania nr 3 poz. 8:

Czy zamawiający dopuści taśmę wskaźnikową do sterylizacji tlenkiem etylenu o szerokości 1,9 cm x 55 mb ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż w poz. 8 wymaga taśmy wskaźnikowej do sterylizacji tlenkiem etylenu o szerokości 1,9 cm x 55 mb.

Pytanie dot. zadania nr 3 poz. 10:

Czy zamawiający dopuści wskaźnik, którego konstrukcja zapewnia podobne utrudnienie penetracji pary wodnej jak umieszczenie wskaźnika PCD ?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania nr 3 poz. 10:

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, czy zamawiający dopuści wskaźniki chemiczne, których klasa podana jest w instrukcji dołączonej do opakowania ? Umieszczenie klasy na wskaźniku nie wnosi żadnych dodatkowych informacji.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania nr 3 poz. 10:

Co zamawiający rozumie przez przyrząd testowy procesu ?

Wyjaśnienie:

Zestaw symulujący typu Helix lub PCD.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny rękawa 380 mm x 200 m zamiast 400 mm x 200 m.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawa 380 mm x 200 m.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny rękawa 380 mm x 80 mm x 100 m zamiast 400 mm x 80 mm x 100 m.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawa 380 mm x 80 mm x 100 m.

Pytanie dot. zadania 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny rękawy z materiału wyższej jakości o gramaturze 70 g/m².

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny rękawy papierowo – foliowe, których kierunek otwierania umieszczony jest na linii zgrzewu fabrycznego na papierze pod folią. Zarówno umieszczenie znaku na papierze od strony tylnej jak i grzbietowej nie ma najmniejszego znaczenia w skuteczności barierowości opakowania, i jest tylko informacją dla obsługi. Wymóg taki jak w opisie wskazuje tylko na jednego producenta opakowań, który tak umieszcza oznaczenie. Zapis taki stoi w sprzeczności z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (głównie art. 7 pkt. 1) oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. z późniejszymi zmianami, prosimy zatem jak w sentencji.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 3 poz. 4:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny taśmy w rolkach po 50 m z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza taśmy w rolkach po 50 m z odpowiednim przeliczeniem ilości

sztuk rolek, tj. 198 rolek.

Pytanie dot. zadania 3 poz. 8:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny taśmy w rolkach po 50 m z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza taśmy w rolkach po 50 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk rolek i zaokrągleniem w górę do pełnej ilości sztuk rolek, tj. 4 rolki.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec