



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 21 maja 2012 r.



AZP.3320/ 25/ / 12

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla Pracowni Bakteriologii wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i aparatu do identyfikacji lekowrażliwości. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1 i 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 2 pkt 1 i wydłużyć termin dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie dot. zad. 1 parametry aparatu do posiewu krwi, pkt 5:

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o możliwość zaoferowania aparatu z komputerem zewnętrznym wraz z oprogramowaniem, z możliwością podglądu prób w trakcie badania i tworzenia zestawień, którego obsługa nie wymaga stosowania dodatkowych akcesoriów zewnętrznych (w postaci myszki lub klawiatury zewnętrznej), a obsługa systemu odbywa się poprzez dotykowy panel LCD (posługujący się ikonami).

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zad. 2:

Czy zamawiający dopuści w pozycji 1 zaoferowanie roztworu tellurynu konfekcjonowanego w fiolkach po 20 ml?

Wyjaśnienie: Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w wyjaśnieniach z dnia 18.05.2012 r.

Pytanie dot. zad. 5:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie krążków Fenoksymetylopenicyliny – Penicyliny V pochodzącą od innego producenta niż pozostałe krążki?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:

- nowy termin składania ofert to **24 maja 2012 r. godz. 11:00**

- nowy termin wniesienia wadium to **24 maja 2012 r. godz. 11:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **24 maja 2012 r. godz. 12:00**

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek