



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 22 maja 2012 r.

AZP 3320/27/ /12

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPRZASZCZNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do dekontaminacji. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Jednym z kryteriów podlegających ocenie jest jakość urządzenia. Na jakiej podstawie Zamawiający uzyska wymagane parametry, skoro w postępowaniu przetargowym nie załączył arkusza, w którym należy podać pożądane informacje ?

W związku z tym, że jednym z kryteriów podlegających ocenie jest jakość urządzenia prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający uzyska wymagane parametry, skoro w postępowaniu przetargowym nie załączył arkusza, w którym należy podać pożądane informacje ?

Wyjaśnienie: Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ na str. 7 informował jakie dokumenty, informacje i oświadczenia musi zawierać oferta. W pkt. 5 informował, że oferta musi zawierać cyt. „Informację na temat parametrów ocenianych opisanych w części SIWZ dotyczącej kryterium oceny ofert „Jakość”.” Tak więc Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia w ofercie informacji na temat parametrów ocenianych. Ze złożonej w ofercie informacji Zamawiający uzyska wymagane dane na temat parametrów ocenianych.

2. Zamawiający nie określił na jakiej podstawie weryfikować będzie uzyskane informacje podlegające ocenie w kryterium jakość. Czy Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentacji producenta, gdyż zgodnie z Prawem o Przetargu Publicznym nie mogą być one przekazywane na podstawie oświadczenia wiedzy ?

W związku z tym, że zamawiający nie określił na jakiej podstawie weryfikować będzie uzyskane informacje podlegające ocenie w kryterium jakość, czy Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentacji producenta, gdyż zgodnie z prawem Zamówień Publicznych, nie mogą być one przekazywane na podstawie oświadczenia wiedzy ?

Wyjaśnienie: Nie wymaga. Zamawiający jednak zastrzega sobie prawo do wystąpienia do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji producenta celem weryfikacji informacji.

3. Punkt nr 2 załącznika 1 do SIWZ. W związku z tym, że Zamawiający wymaga

mobilności urządzenia, czy musi być ono wyposażone w obrotowe koła umożliwiające przemieszczanie się po terenie placówki ?

W związku z tym, że zamawiający wymaga mobilności urządzenia, czy musi być ono wyposażone w obrotowe koła ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy punktu nr 12 załącznika 1 do SIWZ. W związku z tym, że Zamawiający oczekuje aby konstrukcja urządzenia pozwalała na sterowanie procesem z zewnątrz, czy Zamawiający wymaga aby możliwy był nieprzerwalny podgląd wskazań czujników na zewnątrz dekontaminowanego pomieszczenia, co ma bezwzględny wpływ na wykazanie potrzeby wprowadzenia zmiany ustawień w urządzeniu, a tym samym jego sterowanie ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

5. Dotyczy punktu nr 12 załącznika 1 do SIWZ. W związku z tym, że Zamawiający oczekuje, aby konstrukcja urządzenia pozwalała na sterowanie procesem z zewnątrz, czy Zamawiający wymaga aby możliwa była kontrola prędkości przepływu środka biobójczego z zewnątrz dekontaminowanego pomieszczenia, co jest jedynym sposobem uzyskania pełnego sterowania procesem ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy punktu nr 12 załącznika 1 do SIWZ. W związku z tym, że Zamawiający ocenia urządzenie kątem czasu prowadzenia dekontaminacji, czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie umożliwiało zewnętrzne ustawienie czasu trwania poszczególnych etapów cyklu, co jest jedynym sposobem pełnego kontrolowania czasu trwania procesu ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy punktu nr 12 załącznika 1 do SIWZ. W związku z tym, że Zamawiający ocenia urządzenie pod kątem czasu prowadzenia dekontaminacji, czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie umożliwiało zewnętrzną kontrolę prędkości przepływu powietrza podczas fazy aeracji, która ma bezpośredni wpływ na długość trwania cyklu ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

8. Dotyczy punktu nr 17 załącznika 1 do SIWZ. W związku z tym, że Zamawiający oczekuje możliwości kontroli prawidłowości procesu, czy Zamawiający wymaga nieprzerwanego podglądu wskazań czujników, z zewnątrz pomieszczenia, w którym przeprowadzana jest dekontaminacja, co jest jedynym skutecznym sposobem kontroli prawidłowości procesu ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

9. Dotyczy punktu nr 17 załącznika nr 1 do SIWZ. Czy Zamawiający wymaga, aby wydruk odbywał się z drukarki wbudowanej w urządzenie, która umożliwia natychmiastowy wydruk po zakończeniu procesu i daje największy nadzór nad kontrolą prawidłowości procesu ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy punktu nr 22 załącznika 1 do SIWZ. Czy Zamawiający wymaga, aby czujniki wbudowane w urządzenie umożliwiały nieprzerwalny odczyt i podgląd

pożądanych wartości, co zapewnia pełną kontrolę prowadzonego procesu oraz dodatkowo umożliwi natychmiastową reakcję, kiedy wartość któregokolwiek z parametrów nie będzie odpowiadała przyjętym założeniom, co zmniejszy skuteczność procesu lub zagrazi bezpieczeństwu personelu ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ

11. Dotyczy punktu nr 22 załącznika 1 do SIWZ. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z czujnikami zewnętrznymi nie wbudowanymi w urządzenie, mając na uwadze brak możliwości pełnej kontroli procesu dekontaminacji, co obniży jego skuteczność, a przede wszystkim bezpieczeństwo pracy ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

12. Dotyczy punktu nr 23 załącznika 1 do SIWZ. W związku z tym, że Zamawiający umieścił w specyfikacji dyrektywy, które zostały zastąpione nowymi, czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było zgodne z dyrektywami 2004/108/EC oraz 2006/42/EC, które są obecnie wymagane w Polsce i Europie, gwarantując bezpieczeństwo zarówno personelowi obsługującemu urządzenie, a także bezpieczeństwo sprzętu medycznego w dekontaminowanym pomieszczeniu ? Wnosimy o bezwzględną zmianę zapisu w tym punkcie, ponieważ Zamawiający powołuje się na nieaktualne akty prawne.

Zamawiającemu umieścił w specyfikacji dyrektywy, które zostały zastąpione nowymi. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było zgodne z dyrektywami 2004/108/EC oraz 2006/42/EC, które są obecnie wymagane w Unii Europejskiej ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie było zgodne z w/w dyrektywami.

13. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu rejestracji czynnika biobójczego zgodnie z art. 7 ust. 2 w zw. z art. 54 ustawy z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.) ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

14. Czy Zamawiający będzie wykonywał dekontaminację pomieszczeń o powierzchni 10m² (np. izolatkach, brudownikach, łazienkach) ?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

15. Dotyczy Kryteriów oceny:

Waga. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający przyzna maksymalną ocenę – 10 pkt. za aparat o najniższej wadze ?

Czas trwania procesu dekontaminacji. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający przyzna maksymalną ocenę - 10 pkt. za najkrótszy czas przeprowadzenia całej procedury procesu dekontaminacji ?

Koszt wykonania procesu dekontaminacji. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający przyzna maksymalną ocenę – 10 pkt. za najniższy koszt wykonania procesu dekontaminacji biorąc pod uwagę zużycie energii elektrycznej i środka biobójczego ?

Wyjaśnienie: Kryteria oceny i sposób obliczania punktów określone w SIWZ.

16. W celu podania rzetelnych kosztów wykonania procesu dekontaminacji zwracamy się z prośbą o podanie ceny 1 kW, zgodnie z taryfikatorem, który płaci Zamawiający.

Wyjaśnienie: Cena 1 kWh wynosi 50 groszy.

17. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat kontrolował i automatycznie optymalizował proces przy pomocy czujnika stężenia nadtlenu wodoru, sondy temperaturowej i czujnika wilgotności wbudowanych w aparat i umieszczonych w pomieszczeniu przy sterowaniu panelem z zewnątrz pomieszczenia ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

18. Wnosimy aby Zamawiający w związku z wymogiem w opisie technicznym pkt. 2 urządzenie stosowane w służbie zdrowia dopisał wymaganie załączenia do oferty zaświadczenia co najmniej jednego użytkownika – szpitala w Polsce o przeprowadzeniu procesów dokładanie takim samym urządzeniem jak oferowane.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

19. Czy zamawiający wymaga aby aparat składał się z jednostki głównej, która wytwarza parę nadtlenu wodoru i jednocześnie zawiera wbudowane filtry pozwalające na samowystarczalną aerację pomieszczenia i panel sterujący zdejmowany do umieszczenia na zewnątrz pomieszczenia z wbudowaną drukarką ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek