



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 08 czerwca 2012 r.



AZP.3320/ 28/ / 12

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIGNIA
PIERŚCIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 7:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik balonowy standardowy w wymaganych średnicach, ale o długościach 20, 40, 60, 80, 120 mm z ciśnieniem RBP 11 – 18 bar? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik balonowy do tętnic podudzia z ciśnieniem nominalnym co najmniej 6 bar i wymaganiem RBP \geq 14 bar za wyjątkiem dwóch rozmiarów: 6/150 i 6/200, gdzie RBP wynosi 12 bar? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stent na balonie o budowie modularnej – wysoce dopasowujący się do naczynia przy zachowaniu dużej siły radialnej, kompatybilny z koszulką 6 F w średnicach 6.0 – 10.0 mm i 4 długościach 20, 30, 40, 60 mm dla każdej ze średnic? Markery na szafcie. Stent kompatybilny z MRI. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stent na balonie zamkniętokomórkowy o dużej sile radialnej o 5 długościach w zakresie 18 mm – 75 mm? Markery znajdują się na szafcie. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stent nerkowy o markerach na szafcie i szerszym możliwym do zaoferowania zakresie średnic od 4.0 mm do 7.0 mm oraz długościach 10 – 24 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy zamawiający odstąpi od wymogu złożenia próbki w zadaniu nr 1?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Prosimy o dopuszczenie cewników balonowych o dł. systemów roboczych: 75 – 100 cm oraz 130 -

135 cm; o dł. balonów 20, 40, 60, 80, 100 mm – dla poszczególnych rozmiarów, pokrycie hydrofobiczne dla średnicy balonu 12 mm, reszta zgodnie z wymogami, ciśnienie nominalne: 6 atm i 8 atm – dla poszczególnych rozmiarów, RBP: min. 10 atm, kompatybilne z koszulkami 5-6-7-8 F dla poszczególnych rozm.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8:

Prosimy o dopuszczenie cewnika balonowego z pokryciem hydrofobowym.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8:

Prosimy o dopuszczenie cewnika balonowego o dł. systemów roboczych: 75 – 90 cm oraz 130 -180 cm dla poszczególnych rozmiarów, o średnicach: 2 – 9 mm – tu 8 długości, o dł. balonów: 20 – 220 mm dla poszczególnych rozm.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 11:

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza dla zamawiającego sformułowanie „rybia łuska” w przypadku stentów samorozprężalnych.

Wyjaśnienie: Jest to konstrukcja zapobiegająca urazowości poszczególnych stratów stentu na krętych naczyniach.

Pytanie dot. zadania 15:

Prosimy o dopuszczenie stentu samorozprężalnego o dł. systemu 135 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 15:

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza wg zamawiającego sformułowanie „budowa segmentowa” stentu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z art. 38 ust. 4 zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania 15 w zakresie parametrów ocenianych: z treści SIWZ zostaje wykreślony parametr „budowa wielosegmentowa – podać dokładną liczbę segmentów (im więcej segmentów tym wyższa punktacja) 5 pkt. - maksymalna liczba punktów, pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie podanego wzoru”.

Pytanie dot. zadania 15:

Prosimy o odstąpienie od wymogu podania wartości siły radialnej stentu celem złożenia konkurencyjnej oferty.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 16:

Prosimy o dopuszczenie stentgraftu obwodowego o dł. 20 – 60 mm dla poszczególnych rozmiarów.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 6:

Czy zamawiający dopuści przewodniki hydrofilne 0,018” do PTA o długości 195 i 300 cm, końcówka prosta, dostępne przewodniki typu medium oraz sztywne, okryte substancją hydrofilną dystalnie na długości 13,5 cm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy zamawiający dopuści cewniki balonowe standardowe do angioplastyki obwodowej OTW 0,035” posiadające następujące parametry: ciśnienie nominalne 7 atm., średnice 3 – 10 mm oraz shaft pokryty hydrofobowo?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy zamawiający dopuści cewniki balonowe do angioplastyki tętnic podudzia posiadające następujące parametry: ciśnienie nominalne 6 atm., ciśnienie RBP pomiędzy 12 a 15 atm w zależności od średnicy balonu, balon pokryty na przemian substancją śliską i bez pokrycia (pod „fałdami” zwiniętego balonu) co powoduje łatwość przechodzenia oraz stabilność przy rozprężeniu, shaft pokryty hydrofobowo?

Wyjaśnienie: Tak..

Pytanie dot. zadania 9:

Czy zamawiający dopuści stenty pokryte pasywnie amorficznym węglikiem krzemu (redukcja dyfuzji jonów metalicznych, działania antyinfamacyjne, przyspieszające gojenie) o konstrukcji stalowej, dostępnych długościach 15, 25, 38, 56 mm, średnicach 5 – 10 mm, kompatybilne z koszulką 6 F dla średnic do 9 mm (za wyjątkiem 5 x 38 mm i 5 x 56 mm), o bardzo niewielkiej skracalności przy rozprężaniu oraz posiadającym markery na balonie i bardzo dobrze widocznym stentem?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy zamawiający dopuści stenty posiadające 4 długości dla średnic 5 – 10 mm dla długości shaftu 130 cm (5 – 8 mm dla shaftu 80 cm również dostępne) oraz 3 długości dla średnic 9 – 10 mm dla shaftu 80 cm, o ciśnieniu nominalnym 9 atm, RBP 13 – 15 atm kompatybilne z koszulką 6 F dla średnic do 9 mm (za wyjątkiem 5 x 38 mm i 5 x 56 mm)?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy zamawiający dopuści stenty pokryte pasywnie amorficznym węglikiem krzemu (redukcja dyfuzji jonów metalicznych, działania antyinfamacyjne, przyspieszające gojenie) o dostępnych długościach 30, 40, 60 i 80 mm, średnicach 7, 8, 9, 10 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy zamawiający dopuści stenty pokryte pasywnie amorficznym węglikiem krzemu (redukcja dyfuzji jonów metalicznych, działania antyinfamacyjne, przyspieszające gojenie) o dostępnych długościach 30, 40, 60 i 80 mm, średnicach 7, 8, 9, 10 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 15:

Czy zamawiający dopuści stenty pokryte pasywnie amorficznym węglikiem krzemu (redukcja dyfuzji jonów metalicznych, działania antyinfamacyjne, przyspieszające gojenie) o dostępnych długościach 30, 40, 60 i 80 mm i średnicach 7, 8, 9, 10 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 17:

Czy zamawiający dopuści stenty o długościach 20 – 200 mm, średnicach 4 – 7 mm, kompatybilności z koszulką 4 F dla wszystkich dostępnych rozmiarów, pokryte pasywnie amorficznym węglikiem krzemu i długościach systemów dostarczania 90 i 135 cm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1 § 2 ust. 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słowa „nieodpłatnie”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1 § 4 ust. 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „5 dni roboczych”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1 § 4 ust. 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słowa „nieodpłatnie”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1 § 4 ust. 5:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „uwzględnił” na „rozpatrywał” i doprecyzowanie, że chodzi o „7 dni roboczych”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1 § 6 ust. 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie jako daty zapłaty daty uznania rachunku bankowego wykonawcy (sprzedającego)?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1 § 8 ust. 1 lit. a:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „każdy dzień roboczy zwłoki”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1 § 8 ust. 1 lit. b:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „każdy dzień roboczy zwłoki”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1 § 8:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie nowego ust. 3 o treści: „3. Łączna kwota kar umownych, jakimi zamawiający może obciążyć wykonawcę nie może przekroczyć 15% kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1 § 9:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego w § 9 na następujący: „W razie 3-krotnej zwłoki w wykonaniu zamówienia i po wyznaczeniu dodatkowego terminu 7 dni na uzupełnienie i dostarczenie przedmiotu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1 § 12:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie w taki sposób, że zamiast kropki stawia się na końcu zdania przecinek i dodaje się następującą treść: „pod warunkiem, że zmniejszenie łącznej ilości produktów objętych umową nie spowoduje zmniejszenia łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20% kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 umowy”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 § 2 ust. 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „5 dni roboczych”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 § 4 ust. 5:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „uwzględnił” na „rozpatrywał” i doprecyzowanie, że chodzi o „7 dni roboczych”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 § 6 ust. 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „każdy dzień roboczy zwłoki”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 § 6:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie nowego ust. 3 o treści: „3. Łączna kwota kar umownych, jakimi zamawiający może obciążyć wykonawcę nie może przekroczyć 15% kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 § 7:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego w § 9 na następujący: „W razie 3-krotnej zwłoki w wykonaniu zamówienia i po wyznaczeniu dodatkowego terminu 7 dni na uzupełnienie i dostarczenie przedmiotu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 § 10:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie w taki sposób, że zamiast kropki stawia się na końcu zdania przecinek i dodaje się następującą treść: „pod warunkiem, że zmniejszenie łącznej ilości produktów objętych umową nie spowoduje zmniejszenia łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20% kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 umowy”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zadania 6:

Czy zamawiający w zadaniu 6 dopuści przewodniki tylko o jednym stopniu sztywności.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2

Prosimy o dopuszczenie cewników diagnostycznych ze światłem wewnętrznym gwarantującym wysoki przepływ o średnicy 4.1 i 5 F.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 3.

Prosimy o dopuszczenie cewników diagnostycznych z markerami co 1 cm na odcinku 10 – 22 cm.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4.

Prosimy o dopuszczenie cewników do otwierania przewlekłych okluzji kompatybilnych z przewodnikiem 0.018”

Wyjaśnienie: Tak

Pytanie dot. zadania 6.

Prosimy o dopuszczenie przewodników hydrofilnych o długości 150, 180 i 260 cm

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 7.

Prosimy o dopuszczenie cewników balonowych o ciśnieniu RBP co najmniej 11 atm. bez pokrycia hydrofilnego.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8.

Prosimy o dopuszczenie cewników balonowych do angioplastyki tt podudzia o dostępnych średnicach od 3 mm, bez pokrycia hydrofilnego.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 14.

Prosimy o dopuszczenie stentów nerkowych na balonie kompatybilnych z przewodnikiem 0.018”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 12

Czy dopuszcza się długość stentu dostawczego 135 cm ?

Wyjaśnienie: Tak

Pytanie dot. zadania 14.

Czy dopuszcza się długości stentu 14 – 19 mm (4 długości) ?

Wyjaśnienie: Tak.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) dla zadania 8 - Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic podudzia 0,018” - 40 szt. - w zakresie parametrów ocenianych:

Zamiast: „- RBP powyżej 8 atm (im większe tym wyżej punktowane) 5 pkt. - maksymalna liczba punktów, pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie podanego wzoru”.

jest: „- RBP powyżej wymaganych (im większe tym wyżej punktowane) 5 pkt. - maksymalna liczba punktów, pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie podanego wzoru”.

2) dla zadania 7 - Cewniki balonowe standardowe do angioplastyki obwodowej OTW 0,035” - 160 szt. - w zakresie parametrów ocenianych:

Zamiast: „- RBP powyżej 12 atm (im większe tym wyżej punktowane) 5 pkt. - maksymalna liczba punktów, pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie podanego wzoru”.

jest: „- RBP powyżej wymaganych (im większe tym wyżej punktowane) 5 pkt. - maksymalna liczba punktów, pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie podanego wzoru”.

*lek. med. Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*