



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 16 sierpnia 2012 r.

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

AZP 3320/ 37/ /12

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWAŻNIENIOWCÓW  
KARMIEŃIA  
PIERŚNIĄ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu, narzędzi wielokrotnego użytku. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Czy w zadaniu 11 poz. 1 Zamawiający dopuści pincety 11 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

2. Czy w zadaniu 11 poz. 2 Zamawiający dopuści pincety 8,6 cm. Pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

3. Czy w zadaniu 11 poz. 3 Zamawiający dopuści długość nożyczek 11,5 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

4. Zadanie 11 poz. 1 Czy zamawiający dopuści pęsetę o długości 10 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

5. Zadanie 11 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 9,5 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

6. Zadanie 11 poz. 3. Czy zamawiający dopuści nożyczki o długości 10,6 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

7. Zadanie 11 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rozszerzadło o długości 10,2 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

8. Zadanie nr 1 poz. 1 – 7. Czy zamawiający dopuści ogryzacz kostny typ Ferris – Smith – Kerrison zamiast Kerrison ? Różnica jedynie w nazewnictwie, wszystkie parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Nie.

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

9. Zadanie nr 1 pozycja 19. Czy zamawiający dopuści wymagane nożyczki w rozmiarze 19,5 cm zamiast 20 cm ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

10. Zadanie nr 10 pozycja 1. Czy zamawiający dopuści kleszcze typ Kocher-Oschner zamiast Kocher ? Różnica jedynie w nazewnictwie, wszystkie inne parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Tak.

11. Zadanie nr 10 pozycja 4. Czy zamawiający dopuści kleszcze typ Crile-Rankin zamiast Rankin ? Różnica jedynie w nazewnictwie, wszystkie inne parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Tak.

12. Zadanie nr 10 pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści kleszcze typ Halsted Mosquito zamiast Fraser- Kelly ? Różnica jedynie w nazewnictwie, wszystkie inne parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Nie.

13. Zadanie nr 10 pozycja 6. Czy zamawiający dopuści imadło Baumgartner w rozmiarze 13 cm zamiast 14,5 cm ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

14. Dotyczy zadanie 1 poz. 1 – 7. Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 1 – 7 odgryzaczy Bayonet-Kerrison pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Nie.

15. Dotyczy zadanie 1 poz. 1 – 7. Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 1 – 7 odgryzaczy Kerrison o tłoczniku tnącym 140° pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Nie.

16. Dotyczy zadanie 1 poz. 19. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 19 mikro-nożyczek zagiętych pod kątem 60° pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Nie.

17. Dotyczy zadanie 1 poz. 19. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 19 mikro-nożyczek bez kulki na jednym z ramion, pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Nie.

18. Dotyczy zadanie 1 poz. 19. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 19 mikro-nożyczek nie-bagnetowych ze specjalnymi rokowaniami na rękojeści pozwalającymi na bezpieczny uchwyt i zapewniającymi właściwy balans o długości 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Nie.

19. Dotyczy zadania 2 i zadania 9 poz. 1 – 2. Prosimy o informacje ilu pinowe mają być pętla (mają posiadać pojedynczą, czy podwójną końcówkę) ?

**Wyjaśnienie:** Mają posiadać pojedynczą końcówkę.

20. Dotyczy zadanie 6. Prosimy o dopuszczenie noża do adenotomii o długości 200 mm 8", pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noża do adenotomii o długości 200 mm i 8" i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

21. Dotyczy zadanie 11 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 10 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pincety o długości 10 cm.

22. Zadanie 10 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści Ochsner – Kocher pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

23. Zadanie 10 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści Kocher typu Kelly Rankin pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

24. Zadanie 8. Czy Zamawiający dopuści długość sondy do młotka Lithoclast w rozmiarze śr. 2,0 mm dł. 400 mm ? Parametry pozostałych dwóch rozmiarów bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Nie.

Z – ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Technicznych  
mgr Mirosław Brzozowski