



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 26 lipca 2012 r.



AZP.3320/ 39/ / 12

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMienia
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do zamykania tętnicy w miejscu wklucia 6 – 8 F i cewników do FFR. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sond do pomiaru FFR o następujących parametrach:

- przewodnik 0,014” ze standardową, kształtowalną manualnie końcówką roboczą;
- długość przewodnika 175 cm;
- przewodniki kompatybilne z aparatem RadiAnalyzer Xpress?

Proponujemy rozwiązanie polegające na bezpłatnym użyczeniu urządzenia do pomiaru FFR na cały czas trwania umowy ze szpitalem:

- aparat RadiAnalyzer Xpress jest nowym, w pełni sprawnym urządzeniem;
- w przypadku awarii ww. urządzenia i niemożliwości dokonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych postaramy się zapewnić urządzenie zastępcze;
- ponosimy koszty związane z serwisowaniem i konserwacją urządzenia.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sond do pomiaru FFR o wskazanych parametrach.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku gdy oferowane wyroby będą ofertą najkorzystniejszą:

1. wykonawca dostarczy na swój koszt zamawiającemu urządzenie do pomiaru FFR na cały czas trwania umowy ze szpitalem:

- aparat RadiAnalyzer Xpress nowy, w pełni sprawne urządzenie;
- w przypadku awarii ww. urządzenia i niemożliwości dokonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych wykonawca zapewni urządzenie zastępcze;

- koszty związane z serwisowaniem i konserwacją urządzenia ponosi wykonawca.

Ww. urządzenie zostanie dostarczone do zamawiającego w chwili utworzenia banku.

2. We wzorze umowy zostają wprowadzone następujące zmiany:

- Do § 2 zostanie wprowadzony ust. 5 o brzmieniu: „Sprzedający powierzy Kupującemu na czas trwania umowy nowy, w pełni sprawny aparat RadiAnalyzer Xpress. W przypadku awarii urządzenia i niemożliwości dokonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych Sprzedający zapewni urządzenie zastępcze. Koszty związane z serwisowaniem i konserwacją urządzenia ponosi wykonawca. Aparat zostanie dostarczony Kupującemu z chwilą utworzenia „Banku”.

- § 8 ust. 1 pkt a) otrzymuje brzmienie: „a) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku lub dostarczenia aparatu, w wysokości 0,2% wartości sprzętu będącego

przedmiotem Banku za każdy dzień zwłoki”.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:

- nowy termin składania ofert to **2 sierpnia 2012 r. godz. 11:00**
- nowy termin wniesienia wadium to **2 sierpnia 2012 r. godz. 11:00**
- nowy termin otwarcia ofert to **2 sierpnia 2012 r. godz. 12:00**

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
mgr Mirosław Brzozowski