



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 8 lutego 2012 r.



AZP.3320/ 4/ / 12

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIA

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

**Pytanie dot. zadania 2 poz. 6:**

Czy mają to być pipety niesterylne?

**Wyjaśnienie:** Pipety mają być niesterylne.

**Pytanie dot. zadania 2 poz. 7:**

Czy mają to być szkiełka cięte czy szlifowane?

**Wyjaśnienie:** Szkiełka mają być szlifowane.

**Pytanie dot. zadania 2 poz. 8:**

Czy mają to być szkiełka cięte czy szlifowane?

**Wyjaśnienie:** Szkiełka mają być szlifowane.

**Pytanie dot. zadania 3 poz. 1:**

Czy worki do autoklawu mają wytrzymywać temp. 121 st. C (PE) czy 134 st. C (PP)? Czy dopuszczają Państwo worki z PE o wym. 500 x 800 mm, ewentualnie worki z PP o wymiarze 600 x 780 mm?

**Wyjaśnienie:** Worki mają być wytrzymałe na temp. 134 st. C. Dopuszczamy worki 600 x 780 mm.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek