



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 14 września 2012r.



AZP.3320/ 48/ /12

Certyfikat nr 0019/201  
ISO 9001 : 2008

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Certyfikat nr 0020/201  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/201  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWAŻNIENIA  
KARMIENIA  
PIERŚCIA

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
00 10 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów i środków dezynfekcyjnych dla Stacji Dializ. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

### **Pytanie dot. zadania 30 poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga zestawu opatrunków do hemodializy o składzie: serweta jałowa z włókniny podfoliowanej 50 x 60 cm – 1 szt., kompresy włókninowe 30 g/m<sup>2</sup> 4 warstwowe 7,5 x 7,5 cm w opakowaniu blister dwudzielny (3 + 4 szt. do wkleć przed i po zabiegu), opatrunek do zabezpieczenia wkleć 8 x 5,8 cm – 2 szt ?

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o wyżej opisanym składzie.

### **Pytanie:**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ?

### **Wyjaśnienie:**

Tak.

### **Pytanie:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy słowa “W razie zwłoki” zostały zastąpione słowami “W razie co najmniej trzykrotnej zwłoki” ? Aktualna treść § 7 wzoru umowy daje bowiem Zamawiającemu możliwość odstąpienia od umowy nawet w przypadku jednorazowego uchybienia Wykonawcy, co wydaje się sankcją niewspółmiernie dotkliwą, zwłaszcza w świetle dodatkowych sankcji za odstąpienie od umowy przewidzianych w art, 24 ust. 1 pkt. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

### **Pytanie:**

Czy Zamawiający zgadza się aby § 9 ust.2 lit. b) wzoru umowy otrzymał następującą treść: “W przypadku podwyższenia cen w razie zmiany stawki podatku VAT; bądź przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do

kursu z dnia zawarcia umowy; bądź gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”? Proponowana zmiana wzoru umowy nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

**Pytanie:**

Zważywszy na treść § 10 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

**Wyjaśnienie:**

Treść § 10 ulega zmianie i uzyskuje brzmienie: “ **W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy. Strony przyjmują, że ewentualne zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 20% wartości umowy.**”

**Pytanie dot. zadania 30:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

a)

- serweta włókninowa 38 cm x 45 cm – 1 szt.
- kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm 30 g/m, 4-warstwowe – 4 szt.
- plaster do wenflonów 6 cm x 8 cm – 2 szt.
- przylepiec włókninowy hypoalergiczny 15 cm x 2,5 cm – 2 szt.
- rękawiczki lateksowe niepuudrowane rozmiar M – 2 szt. (1 para)

lub

b)

- serweta włókninowa 50 x 60 cm – 1 szt.
- rękawice lateksowe bezpuudrowe S lub M lub L – 2 szt.
- kompresy z gazy 7,5 x 7,5 8w, 17 n – 4 szt.
- plaster do wenflonów 6 cm x 8 cm – 1 szt.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o szczegółowe określenie parametrów zamawianych zestawów.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu opisanego pod literą a) lub zestawu opisanego pod literą b).

**Pytanie dot. zadania 21:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości zestawu do hemodializy dwukanałowego w następujących rozmiarach: 12F x 15 cm, 12F x 20 cm zawierającego igłę z portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki zamiast strzykawki z systemem wprowadzającym? Pozostałe elementy zestawu pozostają bez zmian.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 22:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości cewników permanentnych dwukanałowych w zestawach do implantacji wstecznej, z rozdzieloną końcówką, wykonanych z carbothanu w następujących rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: 12F – dł.: 16 i 19 cm; 14F – dł.: 19, 23, 27, 31, 35 cm; 16F – dł.: 19, 23, 27, 31 i 35 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 1:**

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 1 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 2:**

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 2 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 3:**

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 3 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 4:**

Czy zamawiający w zakresie zadania nr 4 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 5:**

Czy zamawiający w zakresie zadania nr 5 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 6:**

Czy zamawiający w zakresie zadania nr 6 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 7:**

Czy zamawiający w zakresie zadania nr 7 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 8:**

Czy zamawiający w zakresie zadania nr 8 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 9:**

Czy zamawiający w zakresie zadania nr 9 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 10:**

Czy zamawiający w zakresie zadania nr 10 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 12:**

Czy z uwagi na to, że aktualny opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 12 sugeruje, iż zestawy (tj. linie tętnicza i żylna, worek oraz komplet igieł do HD) mają zostać zaoferowane w postaci kompletu, tzn. pakowane w jedno sterylne opakowanie, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie linii tętnicznej i żylny wraz z workiem pakowanych w oddzielnym opakowaniu sterylnym i igieł do hemodializy pakowanych osobno i wycenionych jako osobne pozycje w w/w zadaniu (poz. 1 linie tętnicze i żyłne z workiem - 10 000 szt. i igły do HD 20 000 szt.) ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 13:**

Czy z uwagi na to, że aktualny opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 13 sugeruje, iż zestawy (tj. linie tętnicza i żylna, worek oraz komplet igieł do HD) mają zostać zaoferowane w postaci kompletu, tzn. pakowane w jedno sterylne opakowanie, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie linii tętnicznej i żylny wraz z workiem pakowanych w oddzielnym opakowaniu sterylnym i igieł do hemodializy pakowanych osobno i wycenionych jako osobne pozycje w w/w zadaniu (poz. 1 linie tętnicze i żyłne z workiem - 3 000 szt. i igły do HD 6 000 szt.) ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 12:**

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 12 dopuści złożenie oferty z igłami do HD w rozmiarach 14, 15, 16 i 17G, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 13:**

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 13 dopuści złożenie oferty z igłami do HD w rozmiarach 14, 15, 16 i 17G, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 17:**

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 17 dopuści złożenie oferty z igłami do HD w rozmiarach 14, 15, 16 i 17G, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 28:**

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi, dopuści w zakresie pakietu nr 28 złożenie oferty z preparatem służącym do zabezpieczania cewników dializacyjnych, opartym na Tauridynie, obecnie używanego przez Stację Dializ Zamawiającego, którego szczegółową charakterystykę przedstawiamy w załączonych dokumentach ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 26 poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, przeznaczonego do specjalistycznej dezynfekcji z jednoczesnym czyszczeniem oraz usuwaniem twardych osadów (odkamienianie) w obwodach urządzeń do hemodializy o szerokim spektrum skuteczności mikrobiologicznej (B, Tbc, F, S, V) o krótkim czasie działania, przebadanego z wykorzystaniem urządzeń do dializy, zapobiegającego tworzeniu się biofilmu na powierzchniach obwodów hydraulicznych, zawierającego substancje chroniące przed korozją, na bazie nadtlenu wodoru (6,90 g), kwasu octowego (10,40 g), w postaci gotowej do wykorzystania (proporcje są obliczane automatycznie i preparat jest rozcieńczany przez urządzenie), w opakowaniach 5 kg po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań ? Czy do obliczeń należy przyjąć 5 l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu ?

**Wyjaśnienie:**

Tak. Do obliczeń należy przyjąć 5l = 5 kg.

**Pytanie ogólne:**

Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę) ?

**Wyjaśnienie:**

Przy przeliczaniu ilości przedmiotu zamówienia podanych w SIWZ na oferowane i wyceniane opakowania, w przypadku wyników z ułamkiem, należy stosować zaokrąglenie w górę do liczby całkowitej opakowań.

**Pytanie dot. zadania 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 dializatory nisko przepływowe z błoną syntetyczną polinefronową charakteryzujące się klirensami obliczonymi zgodnie z EN 1283 (przy przepływie krwi 300 ml/min. i UF = 0) dla mocznika 274 ml/min. spełniające pozostałe wymagania siwz ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 dializatory nisko przepływowe z błoną syntetyczną polinefronową charakteryzujące się klirensami obliczonymi zgodnie z EN 1283 (przy przepływie krwi 300 ml/min. i UF = 0) dla mocznika 274 ml/min. spełniające pozostałe wymagania siwz ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 13:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do hemodializy w rozmiarach 14G, 15G, 16G, 17G ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do hemodializy w rozmiarach 14G, 15G, 16G, 17G ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 5:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów niskoprzepływowych, polysulfonowych, sterylizowanych parą wodną o powierzchni 2,2 m<sup>2</sup> charakteryzujących się następującymi klirensami obliczonymi zgodnie z EN 1283 (przy przepływie krwi 300 ml/min. i UF = 0): mocznik – 259, kreatynina – 230, fosforany – 208, Vit. B12 – 131 ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania 27:**

Czy Zamawiający dopuszcza 16,8 litra płynu Puristeril 340 co odpowiada dwóm opakowaniom handlowym, jako że 1 opakowanie Puristerilu 340 zawiera 8,4 litra (10 kg) ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie:**

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 2b) (punktu dot. zmiany stawki VAT) wzoru umowy na: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto”.

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 21:**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 21 Zestaw dwukanałowy do hemodializy – sterylny zestaw do hemodializy dwukanałowy, hydrofilny w rozmiarach 12F x 15 – 16 cm, 12F x 18 – 20 cm (do wyboru przez zamawiającego) zawierający: igłę do wkłuwania, prowadnicę znaczoną typu J, rozszerzacz naczyniowy, porty heparynizowane, strzykawkę 5 ml ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 21:**

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 21 aby zestawy dwukanałowe do hemodializy zawierały 2 x rozszerzacze naczyniowe 12Fr/15 cm i 8Fr/10 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż **ulegają zmianie:**

- **termin składania ofert i wniesienia wadium, który wyznacza się na dzień 11 października 2012r. do godz. 11:00;**
- **termin otwarcia ofert, który wyznacza się na dzień 11 października 2012r. godz. 12.00.**

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące dla stron.

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds Administracyjnych  
mgr inż. Bernarda Petryk