



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 22 lutego 2012 r.



AZP.3320/ 6/ / 12

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERŚCIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do dializy otrzewnowej CADO i ADO. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza oferowanie worków z płynami o następujących stężeniach glukozy: 1,5%, 2,3%, 4,25%, w objętościach CADO: 2 000 cm³, 2 500 cm³ i ADO: 5 000 cm³ – zamiast wymienionych w SIWZ 1,36% i 3,5%?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza oferowanie płynów zawierających wysoką zawartość produktów degradacji glukozy (łączna zawartość GDP z 3-DG (deoxyglukozone) >35µmol/ l), które łącząc się z białkami stymulują powstawanie nadmiernej ilości szkodliwych produktów glikacji białek?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy może jednak zamawiający wymaga aby oferowane płyny należały do grupy o obniżonej zawartości produktów degradacji glukozy przynajmniej do takiego poziomu jaki posiadają np.: Stay-Safe Balance i Sleep-Safa Balance firmy Fresenius lub Physioneal, Extraneal i Nutrineal firmy Baxter? Taki wymóg nie eliminuje żadnego z uczestników procedury.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

Czy zamawiający pod pojęciem „dreny” w zestawie CADO ma na myśli zestawy drenażowe do pobierania próbek PET i PFT czy jedynie przedłużacz cewnika? Zestaw drenów do podawania płynów CADO w zestawach naszej firmy jest już fabrycznie podłączony do worków i stanowi jedną pozycję cenową.

Wyjaśnienie: Zamawiający ma na myśli transferset – dren łączący.

Pytanie:

Czy obowiązkowe jest oferowanie łącznika tytanowego w pakiecie ADO? Jego odpowiednikiem w naszych zestawach jest „adaptor”. Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie w ofercie ADO „łącznika tytanowego” „adaptorem”?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Bardzo prosimy o włączenie płynów Extraneal i Nutrineal do pakietu CADO i zgodę na zastąpienie ich preparatami typu Balance. Wyłączenie płynów Extraneal i Nutrineal z pakietu i dodatkowe zakupy uzupełniające pakiet poza pakietem porównywanym w procedurze przetargowej (w wyższej cenie od worków ujętych w pakietach porównywanych) fałszuje rzeczywistą cenę pakietu terapii i jest działaniem eliminującym nominalnie tańszy pakiet w innej konfiguracji.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy zamawiający wymaga aby worki kupowane poza porównywanymi w procedurze pakietami (takie jak Extraneal i Nutrineal) miały taką samą cenę co odpowiadające im. Objętością worki ujęte w pakietach? Czy też sprzedający może sobie policzyć za nie drożej bo są wyciągnięte z pakietu?

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, iż to wykonawca samodzielnie dokonuje kalkulacji ceny.

Pytanie:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie ADO w pozycji 2 worków do dializy CADO o tych samych objętościach co wymienione w SIWZ.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie „korków” „nakrętką dezynfekującą”?

Wyjaśnienie: Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek