

## Formularz” Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

### **Zadanie 2 - Respirator przenośny –1 szt.**

<b>L p</b>	<b>Parametr/warunek</b>	<b>Wartość wymagana</b>	<b>Wartość oferowana</b>
1.	Urządzenie nowe - 2012 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Respirator przeznaczony do transportu dorosłych pacjentów	TAK	
3.	Respirator przystosowany do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego	TAK	
4.	Zasilanie w tlen z przenośnego źródła (butla) oraz z instalacji centralnej o ciśnieniu 5,5 do 6 bar	TAK podać	
5.	Ciężar max 5 kg	TAK podać	
6.	Regulacja częstości oddechowej w zakresie min. 10-22/min	TAK podać	
7.	Regulacja objętości oddechowej w zakresie min. 200-1000 ml	TAK podać	
8.	Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa	TAK	
10.	Alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych	TAK	
11.	Wielorazowy, przystosowany do sterylizacji przewód pacjenta z zastawką; możliwość podłączenia maski lub rurki intubacyjnej	TAK	
13.	Butla tlenowa o poj. 2,7 l	TAK	
14.	Reduktor tlenu z przepływomierzem	TAK	
15.	Dren zasilający ze złączem AGA	TAK	
16.	Torba transportowa na wszystkie elementy zestawu	TAK	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data). Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie w/w dokumentu celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu.

