



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 26 października 2012 r.

AZP 3320/62/ /12

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWOSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę kardiomonitorów i materacy przeciwoleżynowych. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w ramach zadania Nr 1 do 4 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który skonfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kładziony bezpośrednio na ramę leża przeciwoleżynowy materac, zbudowany z 17 poprzecznych, odpinanych, wymiennych komór o wysokości po napompowaniu wynoszącej 17,5 cm, który dodatkowo wyposażony jest w pięciocentymetrowy podkład gąbkowy jako zabezpieczenie przed kontaktem pacjenta z konstrukcją łóżka? Oferowane rozwiązanie jest optymalne dostosowania dla potrzeb użytkowych materaca i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej, ponadto zastosowany podkład gąbkowy zwiększa komfort podczas długotrwałej hospitalizacji pacjentów.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwoleżynowy z manualną regulacją ciśnienia? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych materaca i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce umożliwiając w łatwy i szybki sposób dopasowanie ciśnienia do wagi pacjenta.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

4. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zmiennociśnieniowy materac wyposażony Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – Wyjaśnienie SIWZ – AZP 3320/62/12

w system kontroli ciśnienia, w którym przygotowanie optymalnych stref rozkładu niskiego ciśnienia następuje automatycznie bez względu na wielkość i pozycję pacjenta po doborze odpowiedniego przedziału wagowego pacjenta z trzech zakresów. Oferowane rozwiązanie jest bardzo korzystne albowiem zwiększa precyzyjność doboru optymalnego ciśnienia do konkretnego pacjenta. Ponadto obsługa dodatkowego panelu sterowania na pompie jest bardzo prosta, wręcz intuicyjna, nie stanowi to więc pogorszenia wartości użytkowej materaca.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac wyposażony w pokrowiec przepuszczający parę wodną i powietrze, a zatrzymujący ciecze, wykonany z dzianiny rozciągliwej we wszystkich kierunkach o charakterystyce membranowej ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja materaca umożliwiała łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór (podłączenia komór do materaca (szybkozłączki) wyposażone w automatyczne zawory zamykające się po odłączeniu danej komory) ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materace przeciwodleżynowe fabrycznie nowe z 2011 roku ?

Wyjaśnienie: Tak.

8. Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny 3 strefowy: - 1 strefa: głowy – 3 komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia, - 2 strefa: klatki piersiowej, krzyżowa, ud – 12 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia (do wyboru), - 3 strefa: pięt – 11 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny, w którym nie ma możliwości wymiany pojedynczej komory, ale istnieje możliwość w sytuacji przedziurawienia – przedarcia się komory naprawy uszkodzonej komory ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatycznym, niealergizującym, bakteriostatycznym i grzybobójczym, wykonanym z tkaniny rozciągliwej w dwóch kierunkach ?

Wyjaśnienia: Nie Zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny wyposażony w zamek pokrowca 360° (łatwość zdjęcia i czyszczenia), zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem ?

Wyjaśnienie: Nie zgodnie z SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny o wymiarach 2030 mm x 900 mm ?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny o wysokości 17 cm ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny, którego limit wagowy wynosi 140 kg?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

15. Czy Zamawiający wymaga aby materac był wyposażony w możliwość manualnej oraz automatycznej blokady funkcji, aktywowanej np. po 5 min. nieużywania panelu sterowania w celu zapobiegania niezamierzonym zmianom w funkcjonowaniu materaca ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 75 dni od daty podpisania umowy ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

17. Prosimy o dopuszczenie manualnej 10 stopniowej regulacji ciśnienia powietrza w materacu, w zależności od wagi pacjenta, wg czytelnej tabeli umieszczonej na pomnie.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

18. Prosimy o dopuszczenie materacy o wymiarach 90x210 cm.

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

19. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje materaca ze skutecznością w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 4 stopnia włącznie (wg skali czterostopniowej)?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

20. Czy Zamawiający potwierdzenia skuteczności terapeutycznej materaca niezależnymi badaniami ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materace z rokiem produkcji nie starszym niż 2010/2011, materace nie powystawowe, nie używane ?

Wyjaśnienie: Tak, nie później jednak niż 2011 rok produkcji.

22. Czy Zamawiający dopuści materac kompatybilny z posiadanym łóżkiem o wymiarach 2040 mm x 880 mm ?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

23. Czy Zamawiający wymaga materaca z podwójnym systemem pompowania komór gdzie poprzeczne komory ułożone są wzdłużnie ułatwiając w ten sposób stabilne ułożenie pacjenta, a poprzeczne rozkładają odpowiednio nacisk ciała pacjenta ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

24. Czy Zamawiający dopuści materac, w którym odpinanie, wymienianie komór odbywa

się poprzez wymianę modułową ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

25. Czy Zamawiający wymaga aby materac posiadał bezpieczne obciążenie nawet dla otyłych pacjentów na poziomie min. 250 kg ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

26. Czy Zamawiający wymaga, aby komory materaca antyodleżynowego zmiennociśnieniowego napełniały się w systemie co najmniej 1:3 na całej długości materaca, tzn. co trzecia komora w danym cyklu jest całkowicie pozbawiona ciśnienia a pacjent opiera się na 2/3 komór materaca ?

Wyjaśnienie: Nie zgodnie z SIWZ.

27. Czy Zamawiający wymaga aby materac pracował stałym cyklu 7,5 minutowym ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

28. Czy Zamawiający wymaga aby materac posiadał stan stymulujący standardowy materac antyodleżynowy pasywny, co pozwala na stwierdzenie czy podczas terapii już możemy przeznaczyć dla innego pacjenta, czy mimo wszystko pacjent wymaga dalszej terapii na zmiennociśnieniowym materacu.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek med. Andrzej Mielcarek