



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 20 listopada 2012 r.



AZP.3320/ 63/ / 12

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że nastąpiła zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji:

1. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

- nowy termin składania ofert to **26 listopada 2012 r. godz. 11:00**
- nowy termin otwarcia ofert to **26 listopada 2012 r. godz. 12:00**

2. Zmianie ulega szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadania 2 – Szafka przyłóżkowa tir. 5:

- było „wymiary blatu roboczego 520 x 360 mm ±0mm”
- jest „wymiary blatu roboczego 520 x 360 mm ± 30mm”

3. Zmianie ulegają zapisy dot. możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Obecnie wiążące zapisy to: „Termin realizacji zamówienia (wymagany) – do dnia 15.12.2012 r. Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 tygodni od dnia podpisania umowy w przypadku braku możliwości wyprodukowania zamawianego przedmiotu zamówienia w przypadku braku możliwości wyprodukowania zamawianego przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie. Przedłużenie terminu jest możliwe po wcześniejszym pisemnym, umotywowanym wniosku wykonawcy”.

Jednocześnie informujemy, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko wyposażone w szczyty wykonane z lakierowanej stali, łatwo odejmowane, wypełnione płytą laminowaną?

Wyjaśnienie: Tak..

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane, wypełnione płytą laminowaną?

Wyjaśnienie: Tak..

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w regulację części pleców w zakresie 0 – 80°, parametr ten przewyższa wymagany w SIWZ?

Wyjaśnienie: Tak..

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko o szerokości leża: 880 mm, parametr ten różni się w niewielkim stopniu od wymaganego w SIWZ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko o długości leża: 1 970 mm, parametr ten różni się w niewielkim stopniu od wymaganego w SIWZ i nie wpływa na walory użytkowe łóżka?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wysokości leża: 550 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko wyposażone w lateksowy materac o grubości 120 mm, w nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym pokrowcu? Materac lateksowy jest trwalszy i wygodniejszy od piankowego wymaganego w SIWZ.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 880 ± 10 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości 550 ± 10 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat o wymiarach: $530 \times 430 \pm 10$ mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat roboczy o wymiarach: $580 \times 350 \pm 10$ mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości z blatem roboczym 580 ± 30 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o regulacji wysokości półki bocznej w zakresie 350 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o możliwości płynnej regulacji pochylecia blatu roboczego?

Wyjaśnienie: Tak..

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji do 10 tygodni od podpisania umowy?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o konstrukcji ze stali nierdzewnej z frontem i pokrywą górną wykonaną z trwałych polimerów?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ręcznym zamykaniem i otwieraniem drzwi?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wyłącznika głównego energii elektrycznej?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o minimalnym czasie pracy 6 minut?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania wysokiej jakości lampę operacyjną ze źródłem światła w postaci diody LED o żywotności ponad 40 000 godzin emitujących światło o wysokim natężeniu (50 000 Lux w odległości 100 cm) przy bardzo niskim zużyciu mocy < 30 W?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania wysokiej jakości lampę operacyjną o niskim przyroście temperatury w polu zabiegowym < 1°C? Oferowana lampa wyposażona jest w diodowe źródło światła emitujące intensywne zimne światło bez promieniowania podczerwonego, co jest ważne ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjenta, jak i lekarza.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania wysokiej jakości lampę operacyjną na statywie jezdnym wyposażonym w cztery koła w tym dwa z blokadą? Proponowane rozwiązanie zapewnia dużą mobilność i łatwość manewrowania lampą, a w razie potrzeby umożliwia uruchomienie lampy na czas zabiegu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, w której poza ramieniem zapewniającym swobodę manewrowania we wszystkich płaszczyznach dla dostosowania kąta padania wiązki światła, istnieje możliwość regulacji wielkości plamy świetlnej przy pomocy pokrętła na czaszy lampy? Oferowane parametry umożliwiają dostosowania wielkości oświetlanego pola do wymogów wykonywanego zabiegu, a jednocześnie zapewniają szybkie i precyzyjne ustawienia lampy podczas zabiegu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową? Zastosowane rozwiązanie pozwala na każdorazowe dostosowanie temperatury barwowej do potrzeb wykonywanego zabiegu, co podnosi wartość użytkową lampy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary łóżka: szerokość leża 90 mm, długość leża 2 000 mm, wysokość 45 cm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary łóżka: szerokość leża 870 mm, długość leża 2 000 mm, wysokość 50 cm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do domu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części środkowej leża, poprzez oparcie pleców, a najmniej w oparciu nóg. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową, lakierowaną siatką wyjmowaną z poszczególnych segmentów leża?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z rury metalowej, lakierowanej proszkowo z wypełnieniem z płyty laminowanej?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z oparciem pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 – 72 st.?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 850 x 2 000 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża od podłogi 510 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu roboczego 550 x 350 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości wraz z blatem roboczym 560 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o regulacji wysokości półki bocznej 780 – 1 180 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na prowadnicach ślizgowych?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem roboczym zamontowanym na stałe? Szafka jest dwustronnie otwierana.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z relingiem do wieszania ręcznikiem zamiast haczyków?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 11.01.2013 r. A jeśli nie, to o ile jest w stanie wydłużyć ten termin?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający opisując szczyty ma na myśli szczyty lakierowane?

Wyjaśnienie: Elementy metalowe pokryte lakierem proszkowym.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmenty pleców za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie 0 – 75°?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością leża 550 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 12 cm wykonany z gąbki T – 28 kg/ m²?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko było wyposażone w szczyty tworzywowe, jednorodne wykonane w technologii zapewniającej brak potencjalnych miejsc łączenia/ szczelin np. w technologii „rozdmuchu” odlane jednorodnie w formach?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko posiadało możliwość przedłużenia leża dla wysokich pacjentów min. 2 x 8 cm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko wyposażone było w tworzywowe barierki boczne wykonane w technologii „oddmuchu”, bez miejsc łączenia będących potencjalnym źródłem kumulowania się bakterii i wirusów?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuszcza aby łóżko posiadało system podnoszenia barierki oparty o dwa przyciski czytelnie oznakowane, pierwszy zwalniający blokadę, a drugi umożliwiający opuszczenie barierki, opuszczanie barierki wymaga wciśnięcia obydwu przycisków jednocześnie?

Wyjaśnienie: Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający wymaga aby bariery boczne posiadały system umożliwiający przytrzaśnięcie palców pacjenta?

Wyjaśnienie: Bariery powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 885 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 510 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową głębokości 485 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu 590 – 337 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu roboczego 465 – 415 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szerokością z blatem roboczym 1 230 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w szufladę na prowadnicach ślizgowych?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem roboczym mocowanym za pomocą śrub, na stałe bez możliwości odejmowania?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w reling do zawieszania ręczników, zamocowany z bocznej strony szafki?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę w kolorze białym srebrnym?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający wymaga aby szafka była wyposażona w dodatkową półkę umieszczoną pod korpusem szafki?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający wymaga aby szafka była wyposażona w specjalny system bezpiecznego blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) umożliwiającego w ten sposób przesuwania i dostęp do szafki bez konieczności

opuszczania łóżka?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający wymaga aby szafka była dwustronna, z możliwością ustawienia jej po obu stronach łóżka?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający wymaga aby regulacja blatu bocznego była dokonywana za pomocą sprężyn gazowych?

Wyjaśnienie: Rozwiązanie dowolne.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy w celu zaoszczędzenia kosztów eksploatacji zamawiający wymaga aby lampa posiadała maksymalnie 7 punktów LED?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości leża 850 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o wysokości leża 550 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z kątem oparcia pleców 0 – 75°?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ze szczytami wypełnionymi płytą meblową, zamontowaną na stałe?

Wyjaśnienie: Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek