



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 26 października 2012 r.

AZP 3320/65/ /12

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃLA
PIERSIA

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z instalacją lampy rtg do tomografu komputerowego LightSpeed VCT 64 produkcji GE Medical Systems. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i instalacji lampy do tomografu komputerowego LightSpeed VCT 64. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby osoba wykonująca instalację ukończyła szkolenia u producenta/wytwórcy tomografu komputerowego z zakresu obsługi serwisowej tomografu komputerowego, a na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku Wykonawca dołączy do oferty certyfikaty potwierdzające odbycie szkoleń wystawione przez producenta tomografu komputerowego ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i instalacji lampy dedykowanej do tomografu komputerowego LightSpeed VCT 64. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty oświadczenia producenta tomografu LightSpeed VCT 64 o jego rekomendacji (wskazaniu) dla oferowanej lampy tj. że lampa jest zgodna kompatybilna z tomografem LightSpeed VCT 64 lub czy wymaga aby wykonawca dołączył do oferty dokumentację potwierdzającą wykonanie oceny zgodności tomografu komputerowego LightSpeed VCT 64 z oferowaną lampą, w celu potwierdzenia, że oferowana lampa jest lampą dedykowaną do tomografu komputerowego LightSpeed VCT 64 ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie SIWZ – AZP 3320/65/12

3. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i instalacji lampy dedykowanej do tomografu komputerowego LightSpeed VCT 64. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga zaoferowania lampy wymienionej w instrukcji obsługi tomografu komputerowego LightSpeed VCT 64 będącej w posiadaniu Zamawiającego.

Wyjaśnienia: Wiążąca jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy po zainstalowaniu której na ekranie konsoli tomografu po badaniu pacjenta zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wartość dawki promieniowania rentgenowskiego może się różnić od podanej na ekranie ? Oprogramowanie tomografu komputerowego typu LightSpeed VCT 64 firmy GE Healthcare jest przystosowane do współpracy z lampami rentgenowskimi zgodnymi z fabryczną konfiguracją tomografu komputerowego typu LightSpeed VCT 64 firmy GE Healthcare, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie prawidłowej i wiarygodnej informacji o wyemitowanej dawce promieniowania rentgenowskiego.

Wyjaśnienie: Wiążąca jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

5. Czy Zamawiający wymaga aby system tomografu komputerowego LightSpeed VCT 64 był, po instalacji lampy, kompatybilny z oprogramowaniami zmniejszającymi dawkę promieniowania rentgenowskiego generowaną przez tomograf komputerowy podczas badania ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek