



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 26 października 2012 r.

AZP 3320/65/ /12

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z instalacją lampy rtg do tomografu komputerowego LightSpeed VCT 64 produkcji GE Medical Systems. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż lampa RTG jest elementem zużywalnym i może podlegać wymianie w okresie gwarancji z uwagi na zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji) upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego, wskazanego w umowie okresu gwarancji. Inne rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie lampy przy tak długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygasłaby. W związku z tym prosimy o uzupełnienie paragrafu 8 wzoru umowy poprzez dodanie następującego zdania: „Gwarancja na lampę RTG, niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji, jest nieodnawialna i upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wprowadza do § 8 wzoru umowy ustęp 4 o brzmieniu: „Gwarancja na lampę RTG, niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji, jest nieodnawialna i upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji”.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Andrzej Mielcarek