



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 22 lutego 2012 r.

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

AZP 3320/ 8/ /12

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIEŃLA  
PIERSIA

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do Pracowni Immunologii wraz z dzierżawą analizatorów. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Czy Zamawiający wymaga aby analizator podstawowy automatycznie wykonywał powtórzenia testów bez konieczności ponownego wstawienia do aparatu materiału badanego ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga aby analizator podstawowy automatycznie wykonał powtórzenia testów bez konieczności ponownego wstawienia do aparatu materiału badanego.

Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Ds. Lecznictwa  
Lek. med. Marek Lipiec