



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 02 marca 2012 r.

AZP 3320/9/ /12

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻCZENIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do Pracowni Analityki Ogólnej i Pracowni Białek wraz z dzierżawą analizatora. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

Dotyczy Zadania 1 – Testy do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora:

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora kalibrującego się automatycznie przy użyciu wewnętrznego paska kalibracyjnego oraz dodatkowo rekalkibrowanego za pomocą zewnętrznych pasków kalibracyjnych, które będą dostarczone bezpłatnie ? W warunkach pracy rutynowej rekalkibracja zalecana jest nie częściej niż raz na 4 tygodnie.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora kalibrującego się automatycznie oraz rekalkibrowanego za pomocą paska zewnętrznego (bezpłatnego).

2. W związku z wymogiem kalibracji, czy Zamawiający wymaga również podglądu i wydruku tej czynności (kalibracji)?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga podglądu i wydruku tej czynności.

Dotyczy Zadania 2 – paski do analizy moczu do aparatu Mditron Junior:

3. Czy Zamawiający wymaga aby paski diagnostyczne do analizy ogólnej moczu i paski kalibracyjne do czytnika pochodziły od jednego producenta ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga, aby paski diagnostyczne i kalibracyjne pochodziły od jednego producenta.

4. Czy Zamawiający wraz z dostawą pasków w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania aparatu wymaga również zapewnienia wykonania 1 przeglądu technicznego w ciągu roku?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Dotyczy Zadania 1

5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie certyfikowanych, sprawdzonych materiałów kontrolnych w postaci paskowej ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kontroli w postaci paskowej.

6. Wnosimy o uzupełnienie warunków umowy o zapis dopuszczający podwyższenie ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Ograniczenie zapisu umowy tylko do przypadku kiedy stawka VAT zostanie obniżona jest nierównym traktowaniem stron.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający ma prawo wymagać by ceny nie ulegały podwyższeniu w czasie obowiązywania umowy. Informujemy również, że zapisy wzoru umowy odnoszą się do zmiany stawki VAT.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Andrzej Mielcarek