



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 05 marca 2012 r.

AZP 3320/9/ /12

-----  
-----  
-----

  
Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008  
Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011  
Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004  
Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005  
Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP  
  
KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIA  
tel. Centrala  
84 6773333  
tel. Sekretariat  
84 6773300  
Fax  
84 6386669  
www.  
szpital.zam.pl  
e mail:  
szpital@szpital.zam.pl  
NIP  
922-22-92-491  
REGON  
006050134  
KRS  
0000021024  
PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do Pracowni Analityki Ogólnej i Pracowni Białek wraz z dzierżawą analizatora. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

**Zadania 4 – Odczynniki do Pracowni Białek**

1. Czy w poz. 1 Zamawiający wymaga zestawu bez użycia etanolu, metanolu i kwasu octowego ?

**Wyjaśnienie:** Tak, Zamawiający wymaga zestawu bez użycia etanolu, metanolu i kwasu octowego.

2. Czy w poz. 1 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyki wykonania badania potwierdzającej spełnienie warunków Zamawiającego ?

**Wyjaśnienie:** Oferent może dołączyć metodykę badania ale nie jest to konieczne.

Dotyczy zadania 1

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do badania moczu, który wymaga kalibracji raz w miesiącu przy użyciu pasków? Paski kalibracyjne będą dostarczane Zamawiającemu bezpłatnie na czas trwania umowy.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody, aparat musi posiadać automatyczną kalibrację.

4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie kosztów podłączenia do szpitalnego systemu informatycznego SIS GEM.

**Wyjaśnienie:** To wykonawca składający ofertę określa cenę oferty. W przypadku trudności w określeniu kosztów podłączenia proszę zwrócić się o pomoc do firmy GEM.

5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu eliminacji kwasu askorbinowego na wynik pomiaru ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie odstąpi od wymogu eliminacji wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru.

Dotyczy zadania 3.

6. Zalecana w przesiewowej diagnostyce nowotworów jelita grubego czułość testów do wykrywania krwi utajonej w kale określana jest na 50 ng hemoglobiny/ml roztworu użytego do badania. Ten próg czułości określany jest przez większość specjalistów ds. nowotworów jelita grubego jako optymalny, ponieważ pozwala na uniknięcie dużej ilości fałszywie dodatnich wyników, generowanych przez testy o wyższej czułości. Oferowane przez nas testy cieszą się doskonałą opinią wszystkich użytkowników (duże laboratoria kliniczne, szpitalne i prywatne laboratoria, są także wykorzystywane w kryminalistyce do wykrywania śladów krwi w próbkach dowodowych). Aby zapewnić najwyższą jakość wybranych przez nas testów, poddawane były bardzo dokładnej selekcji, w oparciu o ścisłe kryteria diagnostyczne. W niektórych testach podaje się informację, że test „może dać pozytywną reakcję przy poziomie nawet 10ng/ml hemoglobiny w próbce”, co nie jest określeniem czułości testu. Oparcie badania na określeniu producenta testu, że może dać pozytywną reakcję, trudną uznać za zgodne z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Czy zatem w oparciu o powyższe Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testu z jednoznacznie udokumentowanym, zalecanym w przesiewowej diagnostyce nowotworów jelita grubego, progiem czułości 50 ng/ml (potwierdzonym w metodyce) ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testu o czułości 50 ng/ml.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział tematyczny zadania na odczynniki i testy ? Podział na grupy analityczne pozwoliłyby za złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, co zwiększyłoby konkurencję i pozwoliło na wybór najkorzystniejszej, również cenowo oferty, co powinno być szczególnie istotne dla zamawiającego jako jednostki korzystającej ze środków publicznych.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na podział tematyczny.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Andrzej Mielcarek