

Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania testów specjalistycznych aparatury rtg

L.p	Opis	Wymaganie	Odpowiedź oferenta
1.	Zakres testów specjalistycznych zgodny i wymieniony w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej	TAK	
2.	Czas reakcji wykonawcy na zgłoszenie usługi do wykonania testów – 4 dni.	TAK	
3.	W przypadku konieczności obecności inżyniera serwisowego do wykonania testów danej aparatury rtg wykonawca organizuje i opłaca we własnym zakresie usługę serwisową ww. inżyniera.	TAK	
4.	Wykonawca musi posiadać akredytację oraz umiejętności i oprzyrządowanie do wykonywania testów przez okres trwania umowy całej aparatury RTG wymienionej w wykazie. Dokument uprawniający do wykonywania testów specjalistycznych w/w aparatury rtg należy dołączyć do oferty	TAK	
5.	Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania testów oraz przesłaniu wyników testów zawierających wszystkie przeprowadzone pomiary, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku każdego z badanych parametrów.	TAK	
6.	Wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.	TAK	

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.