



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu<sup>®</sup>**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 6.11.2013r.



AG-Z.2150-45/1/2013

Certyfikat nr 0092/2012  
ISO 9001 : 2008

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Certyfikat nr 0171/2013  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011  
HACCP



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę pomp infuzyjnych i materacy przeciwoleżynowych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi .

Pytanie 1:

Dotyczy zadania nr 1, pkt. 15

„ Czy Zamawiający ma na myśli zasilanie sieciowo-akumulatorowe ?”

Odpowiedź:

**TAK**

tel. Centrala  
84 6773333

Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr 2, pkt. 2

„ Czy Zamawiający dopuści pompę jednostrzykawkową ze zintegrowanym uchwytem umożliwiającym montowanie kolejnej pompy jednostrzykawkowej w zestaw do pomp lub więcej ?”

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

Odpowiedź:

**NIE**

www.szpital.zam.pl

Pytanie 3:

Dotyczy zadania nr 2, pkt. 6

„ Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulowaną szybkością podawania płynów od 0,1 – 1200ml/h ?”

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

Odpowiedź:

**NIE**

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

AG-Z 2150-45/1/2013

Pytanie 4:

Dotyczy zadania nr 2, pkt. 7

„ Czy Zamawiający dopuści urządzenie z programowaną szybkością bolusa do 1200 ml/h?”

Odpowiedź:

**NIE**

Pytanie 5:

Dotyczy zadania nr 2, pkt. 7

„ Czy pod pojęciem bolusa ręcznego zamawiający rozumie możliwość ręcznego przesuwania popychacza strzykawki z jednoczesnym przeliczaniem i wyświetlaniem objętości podanej ?”

Odpowiedź:

Pod pojęciem bolusa ręcznego Zamawiający rozumie ręczne uruchamianie podawania bolusa przez pompę. Infuzja w trybie bolus jest kontynuowana przez czas trzymania wciśniętego przycisku bolus.

Pytanie 6:

Dotyczy zadania nr 2, pkt. 18

„ Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną klawiaturą symboliczną do wprowadzania parametrów infuzji ?”

Odpowiedź:

**TAK**

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek