



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu<sup>®</sup>**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 5.11.2013r.



AG-Z.2150-45/1/2013

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę pomp infuzyjnych i materacy przeciwoleżynowych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi .

Pytanie 1:

Dotyczy zadania nr 3

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac, którego wymiary wynoszą 200 x 80 x 12,7?”

Odpowiedź:

**NIE**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do zaproszenia.

Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr 3

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac zbudowany z 17 poprzecznych komór z poliuretanu (PU)?”

Odpowiedź:

**NIE**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do zaproszenia

Pytanie 3:

Dotyczy zadania nr 3

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac, którego pokrowiec jest zapinany na zatrzaski ?”

Odpowiedź:

**NIE**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do zaproszenia

AG-Z 2150-49/1/2013

Certyfikat nr 0092/2012  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0171/2013  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011  
HACCP



KOMITET  
UOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERŚIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Pytanie 4:

Dotyczy zadania nr 3

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nylonowy pokrowiec nieprzemakalny paroprzepuszczalny ?”

Odpowiedź:

**NIE**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do zaproszenia

Pytanie 5:

Dotyczy zadania nr 3

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pokrowiec, który nie jest rozciągliwy we wszystkich kierunkach oraz nie zawiera środków bakterio- i grzybobójczych oraz elektrostatycznych?”

Odpowiedź:

**NIE**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do zaproszenia

Pytanie 6:

Dotyczy zadania nr 3

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pokrowiec który można suszyć w temperaturze niższej niż 100 st C ?”

Odpowiedź:

**NIE**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do zaproszenia

Pytanie 7:

Dotyczy zadania nr 3

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pompę z regulacją ciśnienia 40-90mmHg ?”

Odpowiedź:

**NIE**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do zaproszenia

Pytanie 8:

Dotyczy zadania nr 3

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pompę o wydajności 4 l/min ? ”

Odpowiedź:

**NIE**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do zaproszenia

Pytanie 9:

Dotyczy zadania nr 3

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pompę o wydajności 9,6 min ?”

Odpowiedź:

**NIE**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do zaproszenia

Pytanie 7:

Dotyczy zadania nr 3

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac bez zabezpieczenia antypoślizgowego ?”

Odpowiedź:

**NIE**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do zaproszenia

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek