



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 04.11.2013 r

AG-Z.2150-9/ 4 /2013

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę łóżek w zakresie **zadania Nr 1** wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o szerokości całkowitej wynoszącej 970 mm ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko , którego poszczególne segmenty leżą wypełnione są zdejmowanymi panelami wykonanymi z płyty HPL charakteryzujące się wysoką wodoodpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne ?

Odpowiedź

NIE

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko , w którym regulacja segmentu podudzia odbywa się w zakresie od 0 do 12 ° ?

Odpowiedź

NIE

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko , którego układ jezdny wyposażony jest w centralny hamulec blokujący wszystkie koła jezdne ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wyjmowane szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa PP ( polipropylenu ) ?

Odpowiedź

TAK

*Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im.Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
(-) lek.med. Andrzej Mielcarek*



Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524