



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 05.11.2013 r



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG-Z.2150-9/ 4 /2013

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę łóżek wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Dotyczy zadania nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema kołami blokowanymi centralnie o średnicy 125 mm ?

Odpowiedź

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści szczyty pokryte powłoką chromowano-niklową wyjmowane z ramy leża ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby od strony wezgłowia w narożnikach znajdowały się dwuosiowe krążki odbojowe , które zabezpieczają łóżko oraz ściany przed otarciami podczas regulacji wysokości ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuści ramę wyciągową wykonaną ze stali węglowej pokrytej powłoką chromowano-niklową ?

Odpowiedź

TAK

*Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
(-) lek.med. Andrzej Mielcarek*