



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30.04.2013 r.

AG- ZP 3320/25/ /13

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i części zamiennych do aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Zadanie 8, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści przedłużkę do elektrody monopolarnej 4 mm o dł. 17,2 cm?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Zadanie 8 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pęsetę bipolarną prostą, dł. 27 cm, końcówki 2 mm z przewodnicą ? Przewodnica jest parametrem lepszym, gwarantuje prawidłowe zamykanie bransz pęsety.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3. Zadanie 8 ,poz. 6. Czy Zamawiający dopuści pęsetę bipolarną prostą, dł. 19-20 cm, końcówki zaokrąglone 1 mm z przewodnicą ? Przewodnica jest parametrem lepszym, gwarantuje prawidłowe zamykanie bransz pęsety.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Zadanie 25, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pęsetę bipolarną bagnetową z powłoką nieprzywierającą, dł. 19,5 cm, końcówki 1 mm ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z § 2 ust. 3 wzoru umowy zdania: „Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.”. Pozostawienie tych zapisów w obecnej postaci w połączeniu z § 6 skutkuje tym, że Wykonawca płaci karę umowną nawet w sytuacji gdy posiada zamówiony asortyment (poza np. jedną pozycją z zamówienia) i mógłby go Zamawiającemu dostarczyć.

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

5. Prosimy Zamawiającego do wykreślenia z wzoru umowy § 3 ust. 2 oraz modyfikację § 9 ust./ 2 tiret drugie w następujący sposób: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT, proporcjonalnie do wprowadzonych zmian, zmiane ulega cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian”. Nasz prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki

VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wycenę do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) – podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmiennym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc pod uwagę powyższe, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

6. Wnosimy o skrócenie terminu zapłaty za towar z 60 dni do terminów zgodnych z zapisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003r. tj. do 30 dni. Powyższy zapis bowiem w sposób rażący stoi w sprzeczności z zapisami ww. ustawy, zgodnie z którymi, właściwym jest maksymalnie 30 dniowy termin płatności: (Art. 5) „Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego”.

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

7. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie § 4 ust. 2 jako niezgodnego z obowiązującym prawem. Zgodnie z przepisami prawa Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w ciągu 7 dni od daty dostawy towaru.

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

8. Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 7 w następujący sposób: „*W razie trzykrotnej zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego z obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6 pkt. 1*”.

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

9. Zwracamy się z prośbą o dopisanie do § 10 następującego zdania: „*Kupujący oświadcza, że wielkość niewykorzystanego zamówienia nie przekroczy 20 % wartości zamówienia.*”

Wyjaśnienie: Treść § 10 ulega zmianie i uzyskuje brzmienie: „**W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać należnego wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy. Strony przyjmują, że ewentualne zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 20% wartości umowy.**”

Jednocześnie zamawiający wprowadza zmianę treści § 9 pkt. 2. Zapis o brzmieniu: „w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do sześciu miesięcy licząc od daty zakończenia jej

obowiązania,” otrzymuje nową treść: „**w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do dwunastu miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania,**”.

10. Zwracamy się z prośbą o dodania do § 5 słów o treści: „*W przypadku nieuiszczenia przez zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.*”

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

11. Wykonawca (*nazwa firmy*) jako autoryzowany dystrybutor oryginalnych części zamiennych do urządzeń firmy GE w tym monitorów i aparatów do znieczuleń, które są w Państwa posiadaniu zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 3/ Czujniki i akcesoria do pulsoksymetrii /pozycji nr 5/Wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych do modułu 5/5 prod. Datex-Ohmeda – miękki, jednoczęściowy (bez przedłużacza)/ i utworzy nowy pakiet?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

12. Wykonawca (*nazwa firmy*) jako autoryzowany dystrybutor oryginalnych części zamiennych do urządzeń firmy GE w tym monitorów i aparatów do znieczuleń, które są w Państwa posiadaniu zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 6/ Czujniki tlenowe /pozycji nr 5/ Czujnik tlenowy do respiratora Ohmeda 7900 w aparacie do znieczulania Excel 210SE/ i utworzy nowy pakiet ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie następujących pozycji z poszczególnych pakietów i utworzenie z nich oddzielnego pakietu:

z pakietu nr 1 pozycje 1 i 2,

z pakietu nr 2 pozycje nr 3, 4, 5, 6

z pakietu nr 3 pozycje nr 1, 2, 3, 6

z pakietu nr 4 pozycje nr 1, 3, 5.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

14. Zadanie nr 2 poz. 7 – 8. Prosimy o wydzielenie pozycji 7-8 do oddzielnego pakietu. Wymagany asortyment należy do zupełnie innej grupy produktowej niż pozostałe pozycje w pakiecie. Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Poz. 7 i 8 są akcesoriami monitorującymi ekg, należą więc do tej samej grupy asortymentowej co pozostałe pozycje w pakiecie.

15. Zadanie nr 4 poz. 4, 5, 6. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przewodów powietrznych o długości 2,5 m oraz o podanie rozmiaru mankietów do których będą podłączone przewody (dorośli, dzieci).

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza przewody o dł. 2,5 m. Będą one podłączone do mankietów dla dorosłych.

16. Wzór umowy § 2 ust. 4. Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymiany towaru wolnego od wad do 5 – 7 dni. Termin 3 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących

przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna.

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

17. Wzór umowy § 4 ust. 1. Prosimy o skrócenie minimalnego terminu płatności do 30 dni (mamy na uwadze treść art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1323).

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

18. Wzór umowy § 9 ust. 2. Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych przy utrzymywaniu cen brutto na niezmiennych poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej. Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika – podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) – celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

20. SIWZ: Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5 – 7 dni. Bardzo krótki (3 dni) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Wyjaśnienie: Wiążący jest termin dostawy określony w SIWZ.

21. Dotyczy pakietu nr 10. W celu zagwarantowania równego prawa wszystkim podmiotom ubiegających się o zamówienie publiczne i umożliwienie naszej firmie złożenie ważnej oferty, firma (*nazwa firmy*) zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest termin dostawy określony w SIWZ.

22. Zadanie nr 3 poz. 1, 2, 3. Czy Zamawiający dopuści czujniki z przewodem o długości 3 m ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wprowadza wymagań co do długości przewodu.

23. Zadanie nr 8 poz. 1, 2. Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody (poz.1) łącznie z przewodem (poz. 2) ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

24. Zadanie nr 8 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści przedłużkę elektrody monopolarnej o dł. 10 cm ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

25. Zadanie nr 8 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pęsety bipolarne proste o dł. 24 cm z końcówką 2 mm?

Wyjaśnienie: Tak, zamawiający dopuszcza pęsetę bipolarną prostą o dł. 24 cm z końcówką 2 mm (bez prowadnicy).

26. Zadanie nr 8 poz. 10. Czy Zamawiający wymaga elektrody igłowej o śr. 0,8 mm ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań do SIWZ.

27. Zadanie nr 25 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pęsetę bagnetową z powłoką nieprzywieralną o dł. 20 cm i końcówką 1 mm? Czy Zamawiający ma na myśli pęsetę prostą ?

Wyjaśnienie: Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

28. Zadanie nr 25 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pęsetę bagnetową z powłoką nieprzywieralną o dł. 20 cm i końcówką 0,6 mm? Czy Zamawiający ma na myśli pęsetę prostą ?

Wyjaśnienie: Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek