



Zamość, dnia 21 czerwca 2013 r.



AG-ZP.3320/ 26/ / 13

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Certyfikat nr 0019/201
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/201
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/201
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę środków technicznych neurochirurgicznych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 5:

Czy zamawiający dopuści/ wymaga zastawkę programowalną ze zbiorniczkiem zawierającą zintegrowany system antysyfonowy ograniczający do minimum ponadnormatywny drenaż płynu CSF i utrzymujący ciśnienie wewnątrzkomorowe w normalnym zakresie fizjologicznym bez względu na położenie ciała pacjenta?

Wyjaśnienie: Tak.

Czy zamawiający dopuści zastawkę programowalną ze zbiorniczkiem o rozmiarach 23 mm długości, 13 mm szerokości, 7 mm wysokości?

Wyjaśnienie: Tak..

Czy zamawiający dopuści zastawkę programowalną ze zbiorniczkiem z wbudowanym zewnikiem otrzewnowym o otwartym końcu ze szczelinami w ścianie, impregnowany barem, w zestawie przyrząd do wprowadzania cewnika otrzewnowego?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

1. dren przedsionkowy niskokomorowy: czy zamawiający dopuści dren przedsionkowy średniociśnieniowy lub wysokociśnieniowy – do wyboru wg potrzeb zamawiającego?

Wyjaśnienie: Tak..

Pytanie dot. zadania 6:

1. zastawka Pudenz'a średniociśnieniowa, komplet z drenami: Czy zamawiający wymaga aby zastawka zawierała zintegrowany system antysyfonowy ograniczający do minimum ponadnormatywny drenaż płynu CSF i utrzymujący ciśnienie wewnątrzkomorowe w normalnym zakresie fizjologicznym bez względu na położenie ciała pacjenta?

Wyjaśnienie: Tak..

Czy zamawiający dopuści zastawkę Pudenz'a nisko- lub wysokociśnieniową – wg potrzeb zamawiającego?

Wyjaśnienie: Tak..

2. zastawka średniociśnieniowa, niskoprofilowa: Czy zamawiający wymaga aby zastawka zawierała zintegrowany system antysyfonowy ograniczający do minimum ponadnormatywny drenaż płynu CSF i utrzymujący ciśnienie wewnątrzkomorowe w normalnym zakresie fizjologicznym bez względu na położenie ciała pacjenta?

Wyjaśnienie: Tak..

Czy zamawiający dopuści zastawkę średniociśnieniową, niskoprofilową o rozmiarach 25

mm długości, 12 mm szerokości, 5,5 mm wysokości?

Wyjaśnienie: Tak..

Czy zamawiający dopuści zastawkę średniociśnieniową, niskoprofilową zintegrowaną z cewnikiem otrzewnowym?

Wyjaśnienie: Nie.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec