



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu^(A)**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 14 czerwca 2013 r.



AGZP 3320/30/ /13

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę materiałów opakowaniowych, testów i akcesoriów do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

tel. Centrala
84 6773333

Pytanie 1 dot. zadania 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo – foliowe, spełniające wymagania SIWZ, posiadały papier o gramaturze 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?

Wyjaśnienie:

Tak

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

Pytanie 2 dot. zadania 1

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny rękawy papierowo – foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o rozmiarze 200 mm x 200 mb?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

Pytanie 3 dot. zadania 1

Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do oceny rękawy papierowo – foliowe, spełniające wymagania SIWZ o rozmiarze 75 mm x 35 mm x 100 mb?

Wyjaśnienie:

Tak

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Pytanie 4 dot. zadania 1

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo – foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 5 dot. zadania 1

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo – foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 6 dot. zadania 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów typu Tyvek (Lp. 1-4) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 7 dot. zadania 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy typu Tyvek, spełniające wymagania SIWZ, konfekcjonowane w rolki 200 – metrowe, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 8 dot. zadania 5

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie proszę o określenie ilości opakowań niepełnych, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość rolek, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9 dot. zadania 1 poz. 1 - 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o folii min. 6 warstwowej?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 10 dot. zadania 1 poz. 1 - 9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia norm przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Zasadne jest wymaganie tego dokumentu przez dystrybutora. Firma TZMO nie jest dystrybutorem a producentem opakowań. Producent musi gwarantować zgodność z właściwymi normami europejskimi i polskimi, by jego wyrób był dopuszczony do obrotu i użycia na terenie kraju. Jednocześnie w przypadku producenta wystarczającym jest by przedstawił on w postępowaniu karty techniczne wyrobu wystawione przez dział kontroli jakości pracujący w rygorze ISO 9001. Wymóg potwierdzenia zgodności z normami przez jednostkę zewnętrzną, nie ma żadnego umocowania prawnego i służy jedynie ograniczeniu konkurencyjności w postępowaniu przetargowym.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 11 dot. zadania 2 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o okresie sterylności 180 dni potwierdzone badaniami producenta?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 12 dot. zadania 2 poz. 1 - 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu biodegradowalności papieru?

Wyjaśnienie:

Nie odstąpi.

Pytanie 13 dot. wzoru umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 14 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „ przed odstąpieniem od umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedającego do należytego wykonania umowy”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ

Pytanie 15 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. I) o następującej (lub podobnej) treści: „ Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny jednostkowe w razie wynikającej ze zmiany przepisów prawa zmiany stawki podatku VAT; bądź w razie przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcie umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3 % - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy? Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak zmiana stawki VAT, inflacja lub znaczna zmiany kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ

Pytanie 16 dot. wzoru umowy

Zważywszy na treść § 9 wzoru umowy, jaka minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010r KIO

1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Wyjaśnienie:

Treść § 9 wzoru umowy ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „W przypadku wystąpienia braków środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać należnego wynagrodzenia za faktycznie zrealizowane dostawy. Strony przyjmują, że ewentualne zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 20 % wartości umowy.”

Pytanie 17 dot. zadania 1 poz. 1, 2, 5

Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 1, 2, 5 zgodzi się na +/- 5 % tolerancję wymiaru rękawa?

Wyjaśnienie:

5% nie, szerszy tak.

Pytanie 18 dot. zadania 2

Czy zamawiający w zadaniu 2 wyrazi zgodę na papier o gramaturze 55 g/m² ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 19 dot. zadania 1 poz. 8

Czy zamawiający w zadaniu 1 poz. 8 zgodzi się na fałdę o wymiarze 25 mm zamiast 30 mm?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 20 dot. zadania 5 poz. 1 – 4

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie rękawów w rolkach po 100 mb. Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 21 dot. zadania 7 poz. 5

Uprzejmie prosimy o wyłączenie wskazanej pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie wykonawców.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 22 dot. wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie zmiany ceny jednostkowej brutto w przypadku urzędowej stawki VAT

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ

*lek. med. Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*