



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 11 czerwca 2013 r.

Certyfikat nr 0019/2011 /13
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPROSZCZNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę systemu nadzoru okołoporodowego. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienie:

1. Pytanie do p. 5 załącznika 3 do SIWZ Zamawiający wymaga minimum 10 – letniego okresu dostępności części zamiennych. W tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów” w sekcji V wymaga dostarczenia wyposażenia uzupełniającego do eksploatowanych już w szpitalu kardiografów. Modele te zostały już wycofane z produkcji. Dostępność części zamiennych (pelot i ich elementów) niebawem się zakończy. Żaden z dostawców/offerentów nie będzie mógł spełnić tego wymogu. Czy Zamawiający zaakceptuje ograniczenie dostępności części zamiennych do 2 lat w przypadku sekcji V ?

Wyjaśnienie: Tak.

2. Zamawiający wymaga we wzorze umowy w § 1 przeprowadzenie m.in. szkolenia lekarzy Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Patologii Ciąży w specjalistycznym ośrodku. Czy Zamawiający mógłby określić: ilość osób, czas trwania szkolenia oraz zakres i tematykę ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego. W szkoleniu uczestniczyłby cały personel lekarski i pielęgniarski Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Patologii Ciąży. Szkolenie obejmowałoby zagadnienia dotyczące analizy i interpretacji zapisów kardiograficznych z oferowanego systemu. Czas trwania min. jeden dzień. Szkolenie powinna przeprowadzić osoba ze specjalistycznego ośrodka, posiadająca kilkuletnie doświadczenie w pracy z oferowanym systemem.

3. Zamawiający zastrzegł w § 7 wzoru umowy, że w razie zwłoki ma prawo rozwiązać umowę, bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Czy Zamawiający mógłby uściślić warunki, których spełnienie miałyby skutkować rozwiązaniem umowy, bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu ?

Wyjaśnienie: § 7 wzoru umowy określa te warunki - w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia. Termin realizacji (wykonania) zamówienia to - w ciągu dwóch miesięcy

licząc od daty zawarcia umowy.

4. Pytanie do p. 1.6 tabeli „Zestawienie wymaganych elementów”. Co Zamawiający rozumie pod określeniem „... wykrywanie liczby i typów skurczów macicy”? Czy Zamawiający uzna w tym punkcie obecność lub brak skurczu macicy? Co Zamawiający rozumie pod określeniem „typ skurczu” ?

Wyjaśnienie: Zamawiający uznaje w tym punkcie obecność lub brak skurczu macicy.

5. Pytanie do p.1.8 tabeli „Zestawienie wymaganych elementów”. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, o jakich nieprawidłowościach system miałby alarmować ?

Wyjaśnienie: System powinien informować o nieprawidłowościach dotyczących zapisu ktg tj. między innymi: utrata sygnału FHR, tachykardia, bradykardia, skurcze, obecność deceleracji, oscylacja milcząca.

6. Pytanie do 1.20 tabeli „Zestawienie wymaganych elementów”. Prosimy o potwierdzenie w tym punkcie, że integracja z systemem informatycznym szpitala SIS GEM będzie realizowana przy użyciu standardu HL 7 i wymagane jest udokumentowanie jej posiadania bez konieczności uwzględnienia w ofercie cenowej.

Wyjaśnienie: Tak.

7. Pytanie do p. 1.21 tabeli „Zestawienie wymaganych elementów”. Zamawiający wymaga prezentacji wyników analizy on-line. Czy Zamawiający dopuści system ktg, w którym analiza zapisu ktg przedstawiona jest w formie tabeli uzupełnianej co określony czas min 2 min ?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

8. Pytanie do p.1.24 tabeli „Zestawienie wymaganych elementów”. Prosimy o uściślenie zapisu w tym punkcie. Czy Zamawiający wymaga jednego zintegrowanego systemu z możliwością przenoszenia zapisów między oddziałami o wspólnej bazie danych i zapisów ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga jednego systemu ze wspólną bazą danych dla wszystkich podłączonych stanowisk ktg i możliwością przeglądania wszystkich zapisów z każdego stanowiska monitorującego, podglądowego i mobilnego.

9. Pytanie do p. 1.32 tabeli „Zestawienie wymaganych elementów”. Prosimy o precyzyjne zdefiniowanie w tym punkcie zasięgu sieci bezprzewodowej (obszaru jej działania). Pozwoli to na oszacowanie kosztów tej opcji.

Wyjaśnienie: Zasięg sieci bezprzewodowej powinien obejmować Oddział Patologii Ciąży z Izbą Przyjęć, Trakt Porodowy i dwie sale z Oddziału Ginekologii.

10. Pytanie do p. IV. 2 i 4 tabeli „Zestawienie wymaganych elementów” – brak treści pytania.

11. Ad. § 7 wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w razie zwłoki, bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Zapis jest bardzo ogólny i budzi wątpliwości natury prawnej. Czy Zamawiający mógłby jasno określić warunki, w których mogłoby dojść do rozwiązania umowy ?

Wyjaśnienie: § 7 wzoru umowy określa te warunki - w przypadku zwłoki w wykonaniu

zamówienia. Termin realizacji (wykonania) zamówienia to - w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

12. Ad. Wzoru umowy § 1. Prosimy o rezygnację z wymogu przeprowadzenia szkolenia w specjalistycznym ośrodku. Zamawiający nie określił ilości osób, zakresu i czasu trwania takiego szkolenia a także zasad rozliczenia kosztów transportu i zakwaterowania uczestników. Koszty są trudne do oszacowania, jak również zasady udziału osób, sprzętu i innych zasobów wybranego ośrodka. Wymagana byłaby a priori zgoda takiego ośrodka. Wszelkie szkolenia związane z dostarczonym rozwiązaniem mogą być z powodzeniem przeprowadzone w miejscu instalacji u Zamawiającego, bez podnoszenia ceny.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego. W szkoleniu uczestniczyłby cały personel lekarski i pielęgniarski Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Patologii Ciąży. Szkolenie obejmowałoby zagadnienia dotyczące analizy i interpretacji zapisów kardiokokograficznych z oferowanego systemu. Czas trwania min. Jeden dzień. Szkolenie powinna przeprowadzić osoba ze specjalistycznego ośrodka, posiadająca kilkuletnie doświadczenie w pracy z oferowanym systemem.

13. Ad. I.20 tabeli. Czy integracja z systemem informatycznym szpitala (SIS GEM) ma być wykonana przy użyciu standardu HL-7? Próba zastosowania innych, niestandardowych rozwiązań może prowadzić do trudności z realizacją takiego zadania. Rozumiemy, że jest to wymóg potwierdzenia i udokumentowania takiej funkcjonalności, bez konieczności jej zaoferowania w przebiegu niniejszego postępowania ?

Wyjaśnienie: Tak.

14. Ad. I.6 tabeli. Urządzenie wskazuje ewentualnego wystąpienia skurczów, ich natężenia i czasu trwania. Co Zamawiający rozumie pod określeniem „typ skurczu” ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wskazanie ewentualnego wystąpienia skurczów, ich natężenia i czasu trwania.

15. Ad. P. I.24. Prosimy o potwierdzenie. Czy Zamawiający wymaga jednego niepodzielnego systemu z możliwością przeniesienia zapisów między Oddziałem i Traktem Porodowym, ze wspólną bazą zapisów ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga jednego systemu ze wspólną bazą danych dla wszystkich podłączonych stanowisk ktg i możliwością przeglądania wszystkich zapisów z każdego stanowiska monitorującego, podglądowego i mobilnego.

16. Ad. P. I.21 tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów” Zamawiający wymaga prezentacji wyników analizy on-line. Prosimy o usunięcie tego zapisu. Wskazuje on na jednego z potencjalnych dostawców.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

17. Ad. P. I.32 tabeli. Czy Zamawiający może określić zasięg i obszar działania (powierzchnię) sieci bezprzewodowej. Jest to konieczne do obliczenia kosztów i zakresu (m.in. czasu) wymaganych prac.

Wyjaśnienie: Zasięg sieci bezprzewodowej powinien obejmować Oddział Patologii Ciąży z Izbą Przyjęć, Trakt Porodowy i dwie sale z Oddziału Ginekologii.

18. Ad. IV, pkt.2 i 4.. Oba opisy dotyczą tej samej funkcji, są tylko inaczej zredagowane. Prosimy o naniesienie stosownych zmian. EKG płodowe przeznaczone jest do rejestracji nieinwazyjnej. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie bez funkcji inwazyjnego zapisu?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

19. Ad. IV w całości. Prosimy o usunięcie opisu EKG płodowego i ewentualne wydzielenie go do odrębnego pakietu. Opis i zakres integracji budzą wątpliwości techniczne.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

20. Ad. P. 5 załącznik nr 3 do SIWZ – wymóg minimum 10 letniego okresu dostępności części zamiennych. W grupie „V” Zamawiający wymaga dostarczenia pelot do posiadanych przez Szpital kardiologów. Produkcja modeli serii 50 została zakończona w ostatnich latach a dostęp do ich części zamiennych zostanie ograniczony. Nawet jako przedstawiciel producenta nie będziemy mogli wypełnić tego zobowiązania, w takim zakresie. Wnosimy o ograniczenie wymagania dla czasu dostępności części zamiennych opisanych w tej sekcji do 2 lat.

Wyjaśnienie: Tak.

21. Pytanie do p. III pp.10 formularza „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”. Czy Zamawiający dopuści kardiolog o zakresie pomiarowym pulsu na podstawie pomiaru NIBP min (40 – 200) ud/min?

Wyjaśnienie: Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek